

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Tên thiết bị (Instrument):

Nhà sản xuất (Manufacturer):

Kí hiệu (Model) / ID: /

Số sê-ri (Serial No.):

Khách hàng (Customer): CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM

Ngày hiệu chuẩn (Cal Date):

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN (CALIBRATION RESULTS):

Thông số (Parameter)	Điều kiện	Giá trị đo	$\pm B$	Dung sai	Phù hợp
Nhiệt độ (°C)	30	30.2	0.3	± 3	A
	40	39.5	0.3	± 3	A
Tốc độ rửa (rpm)	52	52.6	0.8	± 2	A
Thời gian / Timer (s)	100	100.0	0.1	--	--

PHẢN TRÁCH PHÒNG LAB

GIÁM ĐO (D-5@OR)

Lê Công Minh Quang

Lưu trữ 2 Tháng