

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số / No.: 000003 · Ngày HC / Cal. Date: · HC kế tiếp / Re-cal:

Tên thiết bị : Washing Machine
Instrument
Nhà sản xuất : Electrolux Professional
Manufacturer
Kiểu mẫu : FOM 71CLS
Model
Mã nhận diện : —
Equipment ID
Số sê-ri : 00522/0539752
Serial No.
Khách hàng : CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM
Customer
Quy trình HC : LAB-F-01, LAB-T-02
Procedure
Tiêu chuẩn TK : ISO 6330
Ref. Standard
Môi trường : Nhiệt độ: $[25 \pm 2]$ °C / Độ ẩm: $[63 \pm 5]$ %RH
Environment

13. CHUẨN SỬ DỤNG / STANDARDS USED:

Tên thiết bị chuẩn (Name)	Mã số (ID)	Liên kết chuẩn (Traceable)	Hiệu lực (Due Date)
—	—	—	—

16. KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN / CALIBRATION RESULTS:

Thông số (Parameters)	Điểm HC Calibration Points	Giá trị đo được As Found Value	Độ KĐBĐ (±) Uncertainty	Dung sai Tolerance	Sự phù hợp Conformity	Thiết bị chuẩn Ref. Equipment
Nhiệt độ Temperature (°C)	30	30.2	0.3	± 3	A	—
	40	39.5	0.3	± 3	A	—
	60	59.2	0.3	± 3	A	—
	80	78.9	0.3	± 3	A	—
	90	88.7	0.3	± 3	A	—
Tốc độ giặt Washing Speed (rpm)	52	52.6	0.8	± 2	A	—
Thời gian Timer (second)	100	100.0	0.1	--	--	—
Mức nước Level Check (mm)	100	100	0.5	± 5	A	—
	130	131	0.5	± 5	A	—
	160	162	0.5	± 5	A	—
	200	201	0.5	± 5	A	—

Tốc độ vắt Spin Speed (rpm)	500	501.8	0.8	± 50	A	—
	775	776.2	0.8	± 50	A	—
	950	953.5	0.8	± 50	A	—
	1100	1103	0.8	± 50	A	—

17. THÔNG TIN KHÁC / OTHER INFORMATION:

17.1 Độ không đảm bảo đo / Uncertainty:
Độ không đảm bảo đo là độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k=2, phân bố chuẩn tương đương với 95% độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

17.2. Công bố về sự phù hợp / Statements of conformity:
+ A: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo nằm trong giới hạn cho phép.
Within tolerance.
+ B: Kết quả đo nằm ngoài giới hạn cho phép.
Out of tolerance.
+ C: Kết quả đo có thể nằm ngoài giới hạn. Không có kết luận. May be out of tolerance. No conclusion.
+ D: Tiêu chuẩn kỹ thuật không quy định dung sai. No tolerance stated.

NGƯỜI SOÁT XÉT / REVIEWED BY

Lê Cảnh Nhật Quang

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

Lưu Ngọc Thống