

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số / No.: 000002 · Ngày HC / Cal. Date: · HC kế tiếp / Re-cal:

Tên thiết bị: Washing Machine
Instrument
Nhà sản xuất: Electrolux Professional
Manufacturer
Kí hiệu: FOM 71CLS
Model
Mã nhận diện: —
Equipment ID
Số sê-ri: —
Serial No.
Khách hàng: CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM
Customer
Quy trình HC: LAB-F-01, LAB-T-02
Procedure
Tiêu chuẩn: ISO 6330
Ref. Standard
Môi trường: Nhiệt độ [25 ± 2] °C / Độ ẩm [63 ± 5] %RH
Environment

CHUẨN SỬ DỤNG / STANDARDS USED:

Tên thiết bị chuẩn (Name)	Mã số (ID)	Liên kết chuẩn (Traceable)	Hết hạn (Due Date)
—	—	—	—

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN /
CALIBRATION
RESULTS:

Thông số (Parameter)	Điểm Cal. Point	Giá trị As Found	K ± Uncert.	Dung sai Tolerance	Phù hợp Conf om.
Nhiệt độ Temperature (°C)	30	30.2	0.3	± 3	A
Nhiệt độ Temperature (°C)	40	39.5	0.3	± 3	A
Nhiệt độ Temperature (°C)	60	59.2	0.3	± 3	A
Nhiệt độ Temperature (°C)	80	78.9	0.3	± 3	A
Nhiệt độ Temperature (°C)	90	88.7	0.3	± 3	A
Tốc độ Washing Speed (rpm)	52	52.6	0.8	± 2	A
Thời gian Timer (second)	100	100.0	0.1	--	--
Mức độ 12 Pvel Check (mm)	100	100	0.5	± 5	A
Mức độ 12 Pvel Check (mm)	130	131	0.5	± 5	A
Mức độ 12 Pvel Check (mm)	160	162	0.5	± 5	A
Mức độ 12 Pvel Check (mm)	200	201	0.5	± 5	A
Tốc độ 7 VVB ± pm)	500	501.8	0.8	± 50	A

T Ñc í' aê÷B 7 –â 7 VVB ð pm)	775	776.2	0.8	± 50	A
T Ñc í' aê÷B 7 –â 7 VVB ð pm)	950	953.5	0.8	± 50	A
T Ñc í' aê÷B 7 –â 7 VVB ð pm)	1100	1103	0.8	± 50	A

NG ñíÁ' 4đÁT XÉT / REVIEWED BY
Lê C Ænh Nh -t Quang

GIÁM í 2 ò D•\$T5@OR
L R æqiÖ2 Th Ñng