

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số / No.: 000006 · Ngày HC / Cal. Date: · HC kế tiếp / Re-cal:

Tên thiết bị	: Refrigerator
Instrument	
Nhà sản xuất	: 102
Manufacturer	
Kiểu mẫu	: RT20
Model	
Mã nhận diện	: –
Equipment ID	
Số sê-ri	: 65796
Serial No.	
Khách hàng	: CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM
Customer	
Quy trình HC	: LAB-F-01, LAB-T-02
Procedure	
Tiêu chuẩn TK	: ISO 6330
Ref. Standard	
Môi trường	: Nhiệt độ: $[25 \pm 2]$ °C / Độ ẩm: $[63 \pm 5]$ %RH
Environment	

CHUẨN SỬ DỤNG / STANDARDS USED:

Tên thiết bị chuẩn (Name)	Mã số (ID)	Liên kết chuẩn (Traceable)	Hiệu lực (Due Date)
Digital Tachometer	LAB-TACHO.01	QUATEST III / KT3-1161BDE5/2	08.09.2026
Timer / Stopwatch	LAB-TIME.01	QUATEST III / KT3-1161BDE5/3	08.09.2026

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN / CALIBRATION RESULTS:

Thông số (Parameter)	Điểm HC Cal. Point	Giá trị đo As Found	KĐBĐ ± Uncert.	Dung sai Tolerance	Phù hợp Conform.
Nhiệt độ ngăn mát Fridge Temp (°C)	2	2.3	0.2	± 2	A
Nhiệt độ ngăn mát Fridge Temp (°C)	4	4.1	0.2	± 2	A
Nhiệt độ ngăn mát Fridge Temp (°C)	8	7.8	0.2	± 2	A
Nhiệt độ ngăn đông Freezer Temp (°C)	-18	-17.5	0.5	± 3	A
Nhiệt độ ngăn đông Freezer Temp (°C)	-15	-14.9	0.5	± 3	A
Nhiệt độ ngăn đông Freezer Temp (°C)	-12	-12.1	0.5	± 3	A
Độ ẩm ngăn mát Humidity (%RH)	60	61.2	2	± 10	A
Độ ẩm ngăn đông Humidity (%RH)	60	62.5	2	± 10	A

NGƯỜI SOÁT XÉT / REVIEWED BY

Lê Cảnh Nhật Quang

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

Lưu Ngọc Thống