



MDS-UPDRS TREMOR RAPORU (Skor: 4) - PARKİNSON TİPİ BULGU

1. Titreşim Zaman Serisi



2. Frekans Analizi



TIBBİ TANİ: ŞİDDETLİ (4) - (5.5 Hz)
ÖNEMLİ: Titreme frekansı Parkinson (4-7 Hz) ile uyumludur.

PERFORMANS KARNESİ

BASKIN FREKANS: 5.5 Hz

DURGUNLUK

%0

TİTREME ŞİDDETİ

100

UYGULANAN STİMÜLASYON: Kanal 1 (50Hz, 200us, 1500uA) | Kanal 2 (50Hz, 200us, 1500uA)

MDS-UPDRS Kriterlerine Dayalı Bilgisayar Destekli Tanı (CAD) Çıktısıdır.