



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0021
CALIBRATION DATE: 13-Dec-20

SBE 48 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.742489e-004
a1 = 3.030021e-004
a2 = -4.068236e-006
a3 = 1.960446e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	706579.9	1.0000	0.0000
4.5000	606024.5	4.4999	-0.0001
15.0000	389743.0	15.0000	-0.0000
18.5000	338463.1	18.5001	0.0001
24.0000	272755.2	23.9999	-0.0001
29.0000	225495.8	28.9999	-0.0001
32.5000	198017.4	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

