



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0092
CALIBRATION DATE: 02-Oct-19

SBE 45 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.217156e-005
a1 = 2.817791e-004
a2 = -2.819117e-006
a3 = 1.682841e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	628017.6	1.0000	-0.0000
4.5000	537625.6	4.5000	0.0000
15.0000	343830.1	15.0000	0.0000
18.5000	298045.5	18.4999	-0.0001
24.0000	239491.7	24.0000	0.0000
29.0000	197482.7	29.0000	0.0000
32.5000	173105.6	32.5000	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

