



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0340  
CALIBRATION DATE: 06-Oct-17

SBE 45 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 8.805531e-005  
a1 = 2.687911e-004  
a2 = -2.020067e-006  
a3 = 1.402323e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	622620.8	1.0000	0.0000
4.5000	531100.1	4.4999	-0.0001
14.9999	336216.3	14.9999	0.0000
18.5000	290508.0	18.5000	0.0000
23.9999	232298.4	24.0000	0.0001
29.0000	190734.9	28.9998	-0.0002
32.4999	166704.1	32.5000	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

