

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0204  
CALIBRATION DATE: 18-Sep-12

SBE 45 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = -5.203679e-005  
a1 = 2.797955e-004  
a2 = -2.656480e-006  
a3 = 1.616408e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
1.0000	751591.5	1.0000	0.0000
4.5000	643482.9	4.4999	-0.0001
15.0000	411656.4	15.0000	0.0000
18.5000	356875.5	18.5000	0.0000
24.0000	286811.7	24.0000	-0.0000
29.0000	236535.3	29.0000	-0.0000
32.5000	207356.7	32.5000	0.0000

Temperature ITS-90 =  $1/[a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]] - 273.15$  (°C)

Residual = instrument temperature - bath temperature

