Certificado de Calibração

Número do certificado	00001/2026
Data de emissão (UTC)	2026-10-09T22:22:29+00:00
Instrumento	MP-0042 - Micrômetro externo 0-25 mm
Plano de medição	703.1208
Data da medição	13/08/2026
Temperatura ambiente (°C)	20,4
Padrão utilizado	500008 - Máquina de medição por coordenadas (demo A)
Série do padrão	SN-0008
Certificado do padrão	CERT-DEMO-0008
Calibração do padrão	20/11/2025 (próxima: 30/06/2027)
Executor	Executor Demonstração
Finalizado por	Emissor Demonstração
SHA-256 da planilha de origem	e1d111b0e840b3295003da42437c67ae866d91ed8d308ef4dcb05e5b0748516d

Resultados

Ponto	Valor padrão	Média	Desvio padrão	Erro	LEA	Classificação
P1 5,000 mm	5,0000	5,0008	0,0003	0,0008	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P2 10,000 mm	10,0000	10,0014	0,0003	0,0014	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P3 15,000 mm	15,0000	15,0002	0,0003	0,0002	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P4 20,000 mm	20,0000	20,0012	0,0001	0,0012	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA

Parecer final: APROVADO

Cada resultado é a média de 2 leituras. Erro sistemático = média - valor padrão. Ponto dentro da tolerância quando |erro| <= LEA.

Incerteza de medição: não apurada nesta versão do MVP (balanço de incerteza não implementado).

Documento sem assinatura digital qualificada; integridade verificável pelo hash SHA-256 registrado.