#### **BACCALAURÉAT GÉNÉRAL**

## Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT					
NOM:		Prénom :			
Centre d'examen :		n° d'inscription :			

Cette situation d'évaluation comporte **quatre** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examinateur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

## **CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION**

Le nettoyage et la désinfection des légumes sont des étapes essentielles pour limiter le risque d'intoxication alimentaire, notamment par des micro-organismes. Une des techniques de décontamination des légumes avant leur commercialisation est de les plonger quelques minutes dans un bain contenant de l'eau de Javel puis de les rincer abondamment à l'eau claire.

Des contrôles qualité sont régulièrement effectués dans les bains afin de vérifier leur efficacité et le respect des normes de sécurité, recommandées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'ANSES).

Le but de cette épreuve est de déterminer si un bain préparé pour décontaminer des légumes est conforme aux recommandations de l'ANSES.

# **INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT**

### L'eau de Javel

L'eau de Javel est une solution aqueuse fréquemment utilisée comme désinfectant ou comme décolorant. Elle contient des ions hypochlorite ClO<sup>-</sup> (aq), des ions chlorure Cl<sup>-</sup> (aq) et des ions sodium Na<sup>+</sup> (aq).

#### Bain de décontamination de légumes

D'après les recommandations de l'ANSES, pour être efficace, le bain de décontamination doit contenir environ 50 mg· $L^{-1}$  de chlore actif (soit une concentration en masse en ion hypochlorite  $C\ell O^-(aq)$  de 36 mg· $L^{-1}$ ).

Pour ne pas être dangereux pour la santé, la concentration ne doit pas dépasser la valeur maximale de  $80 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$  (soit une concentration en masse en ion hypochlorite  $\text{C}\ell\text{O}^-(\text{ag})$  de  $58 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ).

Un bain de décontamination a été préparé en versant le contenu d'une bouteille d'un litre d'eau de Javel commerciale dans une cuve puis en ajoutant suffisamment d'eau pour obtenir un mélange de 400 litres.

## Proposition de protocoles pour le titrage des ions hypochlorite d'une eau de Javel

#### Protocole n°1

- Dans un erlenmeyer, introduire :
  - un échantillon de volume *V* = 10,0 mL de solution d'eau de Javel commerciale préalablement diluée d'un facteur 10 ;
  - ajouter ensuite environ 5 mL d'acide chlorhydrique à 1,0 mol·L<sup>-1</sup>.
- Placer le mélange sous agitation pendant environ deux minutes.

La transformation qui se produit lors de cette étape est :  $C\ell^-(aq) + C\ell O^-(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow C\ell_2(aq) + H_2O(\ell)$ 

• Réaliser ensuite le titrage du dichlore  $C\ell_2(aq)$  par la solution d'iodure de potassium de concentration  $C = 0,10 \text{ mol} \cdot L^{-1}$  en ions iodure  $I^-(aq)$ .

L'équation de réaction associée à cette étape est :  $C\ell_2$  (aq) + 2  $I^-$ (aq)  $\to I_2$  (aq) + 2  $C\ell^-$ (aq)

#### Protocole n°2

- Dans un erlenmeyer, introduire :
  - un échantillon de volume *V* = 10,0 mL de solution d'eau de Javel commerciale préalablement diluée d'un facteur 10 :
  - environ 20 mL de la solution d'iodure de potassium de concentration  $C = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  en ions iodure l<sup>-</sup>(aq).
- Placer le mélange sous agitation pendant environ deux minutes.
- Ajouter ensuite environ 5 mL d'acide chlorhydrique à 1,0 mol·L<sup>-1</sup>.

La transformation qui se produit lors de cette étape a pour équation :

$$C\ell O^{-}(aq) + 2 H^{+}(aq) + 2 I^{-}(aq) \rightarrow I_{2}(aq) + C\ell^{-}(aq) + H_{2}O(\ell)$$

Réaliser ensuite le titrage du diiode l<sub>2</sub> (aq) formé par la solution de thiosulfate de sodium de concentration C' = 0,10 mol·L<sup>-1</sup> en ions thiosulfate S<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>2-</sup> (aq) ; ajouter deux gouttes d'empois d'amidon (ou iodex ou thiodène) après avoir versé, au cours de la réalisation du titrage, 5 mL de solution de thiosulfate de sodium.

L'équation de réaction associée à cette étape est :  $I_2(aq) + 2 S_2 O_3^{2-}(aq) \rightarrow S_4 O_6^{2-}(aq) + 2 I^-(aq)$ 

#### **Données**

- Masses molaires :  $M(O) = 16.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ;  $M(C\ell) = 35.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ;
- Couleur de quelques espèces en solution aqueuse :

Espèce	I <sup>-</sup> (aq)	l₂(aq)	$S_2O_3^{2-}$ (aq)	$S_4O_6^{2-}$ (aq)	CℓO¯(aq)	H <sup>⁺</sup> (aq)	Cℓ¯(aq)
Couleur	incolore	brun à jaune	incolore	incolore	incolore	incolore	incolore

- Pour un titrage colorimétrique avec le diiode, il est préférable d'ajouter deux gouttes d'empois d'amidon (ou du iodex ou thiodène) à l'approche de l'équivalence ; le diiode l<sub>2</sub> prendra alors une teinte bleue.
- Pictogrammes de certaines espèces chimiques :

Diiode	Dichlore	Acide chlorhydrique	Eau de Javel
			(!) <b>(</b> *)

# <u>TRAVAIL À</u>

**EFFECTUER** 

1. Choix d'un protocole de titrage (10 minutes conseillées)

## **NETTOYAGE DES LÉGUMES**

Session 2025

facte		ns de titrage nécessitent une solution d'eau de Javel commerciale préala er un protocole permettant de préparer 50,0 mL d'une telle solution à p		
		es informations mises à disposition, justifier le choix du protocole 2 pour ef D¯(aq) dans la solution d'eau de Javel commerciale diluée.	ectuer le titrage	des
			,	
		APPEL n°1		
	M	Appeler le professeur pour lui présenter le protocole de dilution de l'eau de Javel commerciale ou en cas de difficulté		

#### 2. Mise en œuvre du titrage (30 minutes conseillées)

Mettre en œuvre le protocole permettant d'obtenir 50,0 mL de solution d'eau de Javel commerciale diluée d'un facteur 10.

En utilisant le matériel et les produits mis à disposition et à partir du protocole choisi, effectuer le titrage des ions hypochlorite  $C\ell O^-(aq)$  dans la solution d'eau de Javel commerciale diluée 10 fois, tout en prenant les mesures de sécurité adaptées.

# APPEL n°2 Appeler le professeur pour lui présenter la valeur du volume de solution titrante versé à l'équivalence obtenu ou en cas de difficulté.

#### 3. Exploitation des résultats (20 minutes conseillées)

D'après les équations de réaction, on peut montrer que la concentration en quantité de matière en ions hypochlorite dans la solution d'eau de Javel diluée, notée  $c_2$ , est donnée par la relation :

## **NETTOYAGE DES LÉGUMES**

Session 2025

$$c_2 = \frac{C' \cdot V_E}{2 \cdot V}$$

 $c_2 = \frac{C^{'} \cdot V_E}{2 \cdot V}$  avec C' la concentration en ions thiosulfate de la solution titrante,  $V_E$  le volume de solution titrante versé à l'équivalence et V le volume de solution d'eau de Javel diluée titrée.

Cal	culer <i>c</i> ₂ puis la d	concentration <i>C<sub>Javel</sub></i> en c	quantité de mati	ière en ions hy	pochlorite dan	s l'eau de Ja	vel commerc	ciale.
••••								
	pain préparé av mes de sécurité	ec l'eau de Javel comm	ercial sera-t-il e	efficace pour dé	econtaminer de	es légumes ?	Respecte-t-	-il les
I			APPEL FA	ACULTATIF				
	M	Appel	er le professeu		ifficulté			

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.