

UNIKIN/Polytechnique_Mémoire. William MUTOMBO

RESULTATS ANALYSE ECG

Patient : Sujet Test

Notice : ceci est un enregistrement.

Numero	Paramètres	Valeur Normale	Valeur mesurée	Observation
1	Fréquence cardiaque	60 à 100 bpm	74.48275862068965	Bon
2	Durée QRS	80–100 ms [80–120 ms]	102.777	Bon
3	PR	120–200 ms	-	-
4	QR		50	
5	Durée P	< 120 ms		
6	Ibi		805.5555555555555	
7	Sdnn		9.886183566695678	
8	Sdsd		8.333333333333314	
9	Rmssd		13.888888888888902	
10	Pmm20		0.0	
11	Pmm50		0.0	
12	Hr_mad		2.7777777777778283	
13	Sd1		5.892556509887882	
14	Sd2		7.856742013183748	
15	S		145.44410433285836	
16	Sd1/Sd2		0.750000000000009	

Ces résultats seront confirmés par un médecin spécialisé.