




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Desarrollo de un modelo
predictivo de glucemia a corto
plazo mediante técnicas de
aprendizaje automático en
pacientes con diabetes tipo 1
en terapia MDI**

Presentado por Guillermo de la Fuente Abajo
en Universidad de Burgos

21 de mayo de 2026

Tutores: Antonio Jesús Canepa Oneto – Ruth Estefanía
Santos Mazo



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Antonio Jesús Canepa Oneto, profesor/a del departamento de , área de
. D. Ruth Estefanía Santos Mazo, profesor/a del departamento de , área de
.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Guillermo de la Fuente Abajo, con DNI 71704960E,
ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado
título del trabajo.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección
del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 21 de mayo de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

D. Antonio Jesús Canepa Oneto

D. Ruth Estefanía Santos Mazo

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto.

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
Introducción	1
Objetivos	3
Conceptos teóricos	5
3.1. Sección	5
3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.	7
Metodología	13
4.1. Descripción de los datos	13
4.2. Técnicas y herramientas	13
4.3. Metodología de Ingeniería del Software	14
Resultados	15
5.1. Resumen de resultados	15
Discusión	17
Conclusiones	19
7.1. Aspectos relevantes	19
Líneas de trabajo futuras	21

Índice de figuras

3.1. Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia) . . .	6
5.1. Distribución de la longitud de sépalo por especie en el conjunto iris	16

Índice de tablas

3.1. Pie de la tabla	6
4.1. Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris	14

Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por la destrucción de las células beta pancreáticas y la consecuente dependencia absoluta de insulina exógena. La prevalencia mundial se estima en 9,5 millones de personas en 2025 ([Ogle et al., 2025](#)), con tendencia ascendente hacia 2040 ([Gregory et al., 2022](#)). En España, la incidencia en menores de 15 años se sitúa en 20,54 casos por cada 100.000 personas-año ([Conde Barreiro et al., 2025](#)).

El tratamiento de la DM1 se apoya principalmente en dos modalidades: la terapia con múltiples dosis diarias de insulina (MDI) y la infusión subcutánea continua mediante bomba de insulina (ISCI). La incorporación de sistemas de monitorización continua de glucosa (MCG) ha supuesto un avance significativo en ambas modalidades: la evidencia disponible muestra mejoras en la hemoglobina glicada (HbA1c), incremento del tiempo en rango (TIR) y reducción de episodios hipoglucémicos ([Rizos et al., 2025](#)). Los sistemas de asa cerrada o páncreas artificial, que integran MCG, bomba de insulina y algoritmo de control, representan el estadio más avanzado de esta evolución tecnológica ([Nwokolo and Hovorka, 2023](#)), aunque su implantación generalizada sigue limitada por barreras económicas, tecnológicas y de aceptación del paciente. En consecuencia, una proporción significativa de la población con DM1 continúa gestionando su tratamiento con MDI y MCG sin soporte algorítmico integrado.

En este contexto surge la motivación del presente trabajo. La disponibilidad de series temporales de glucemia procedentes de dispositivos MCG abre la posibilidad de aplicar modelos predictivos que anticipen la evolución de la glucosa y, con ello, faciliten la toma de decisiones terapéuticas en pacientes con MDI.

Estructura del documento

La memoria se organiza en ocho capítulos cuya progresión refleja el ciclo metodológico del trabajo:

- **Capítulo 1 - Introducción:** presenta el trabajo realizado y contextualiza el problema abordado.
- **Capítulo 2 - Objetivos:** define de forma precisa los objetivos generales y específicos que guían el desarrollo del trabajo.
- **Capítulo 3 - Conceptos teóricos:** proporciona el marco de referencia para la comprensión del trabajo.
- **Capítulo 4 - Metodología:** describe el conjunto de datos utilizado, el preprocesamiento aplicado, los modelos predictivos seleccionados y las métricas de evaluación empleadas para su comparación.
- **Capítulo 5 - Resultados:** presenta los resultados cuantitativos obtenidos.
- **Capítulo 6 - Discusión:** interpreta los resultados en relación con la literatura existente, analiza las limitaciones del estudio y discute las implicaciones clínicas de los hallazgos.
- **Capítulo 7 - Conclusiones:** sintetiza las aportaciones del trabajo.
- **Capítulo 8 - Líneas futuras:** identifica las direcciones de investigación y desarrollo que se derivan de los resultados obtenidos y de las limitaciones identificadas.

Objetivos

El objetivo general del trabajo es realizar un estudio comparativo del rendimiento de modelos de predicción de glucosa en sangre aplicados a series temporales de monitorización continua con variables exógenas en pacientes con DM1 en tratamiento mediante MDI, bajo distintas condiciones experimentales simuladas, para horizontes de predicción de 15 y 30 minutos.

Para alcanzarlo, se definen los siguientes objetivos específicos:

1. Generar los conjuntos de datos necesarios para el estudio a partir de un simulador validado.
2. Comparar el rendimiento global de los modelos seleccionados mediante métricas de error y criterios de seguridad clínica en los horizontes de predicción establecidos.
3. Analizar el efecto de las condiciones de manejo de la diabetes - variabilidad en la ingesta de hidratos de carbono, práctica de ejercicio físico y error en el cálculo de la dosis de insulina- sobre la precisión de los modelos.
4. Analizar la degradación del rendimiento de los modelos al aumentar el horizonte de predicción de 15 a 30 minutos.

Asimismo, el desarrollo del trabajo ha permitido adquirir y consolidar las siguientes competencias:

- **Conocimiento clínico aplicado:** comprensión de la fisiopatología de la DM1, las modalidades de tratamiento con insulina y el funcionamiento de los sistemas de monitorización continua de glucosa, así como de los criterios de seguridad clínica empleados en la evaluación de modelos predictivos (Clarke Error Grid).

- **Diseño experimental:** planificación de condiciones experimentales simuladas, definición de variables de interés y generación de conjuntos de datos a partir de un simulador biomédico validado.
- **Tratamiento y análisis de datos:** manipulación de series temporales biomédicas mediante herramientas de programación (Python), incluyendo preprocesamiento, transformación y análisis exploratorio.
- **Modelado predictivo:** implementación y ajuste de modelos estadísticos y de aprendizaje automático aplicados a series temporales con variables exógenas, y evaluación comparativa de su rendimiento mediante métricas cuantitativas.

Conceptos teóricos

Explicación de los conceptos teóricos básicos necesarios para que cualquier miembro del tribunal pueda entender el trabajo realizado. Se describirán los conceptos, modelos, técnicas o tecnologías fundamentales para el desarrollo del TFG, apoyándose en referencias bibliográficas adecuadas y actualizadas.

Esta sección puede contener el número de subsecciones que sean necesarias.

3.1. Sección

Subsección

Sub Subsección

En esta sección y el resto de secciones de la memoria puede ser necesario incluir listas de items.

- item1
- item2
- item3
- item4

Listas enumeradas.

1. item1

2. item2

3. item3

Figuras, como la figura 3.1 que aparece en la página 6.

Puedes aprender más de las figuras en la dirección https://es.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images




Figura 3.1: Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia)

También se pueden insertar tablas como 3.1, que ha sido generada con <https://www.tablesgenerator.com/>.

a	b	c
1	2	3
4	5	6

Tabla 3.1: Pie de la tabla

Es necesario que todas las figuras y tablas aparezcn referenciadas en el texto, como estos ejemplos.

Todos los conceptos teóricos deben de estar correctamente referenciados en la bibliografía. Por ejemplo, aquí estoy citando la página de L^AT_EX de Wikipedia [Wikipedia](#) (2015).

También puede ser necesario utilizar notas al pie ¹, para aclarar algunos conceptos.

¹como por ejemplo esta

3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.

3.1. Diabetes mellitus tipo 1

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario destruye de forma progresiva las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, responsables de la secreción de insulina. La consecuencia directa es una deficiencia absoluta de esta hormona, lo que impide la captación celular de glucosa y provoca hiperglucemia crónica. A diferencia de la diabetes tipo 2, la DM1 no está asociada a resistencia a la insulina ni a factores de estilo de vida, y su aparición se produce habitualmente en la infancia o la adolescencia, aunque puede manifestarse a cualquier edad ([Gregory et al., 2022](#)).

La hiperglucemia mantenida se asocia a complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía, neuropatía) y macrovasculares (enfermedad cardiovascular) que determinan de forma significativa la morbimortalidad a largo plazo. El control glucémico estricto, cuantificado principalmente mediante la hemoglobina glicada (HbA1c) y el tiempo en rango (TIR), constituye el principal objetivo terapéutico ([Calvo Ferrer et al., 2004](#)). El TIR se define como el porcentaje de tiempo en que la glucemia se mantiene entre 70 y 180 mg/dL, y se ha consolidado como indicador clínico de referencia gracias a su correlación con el riesgo de complicaciones (?). La magnitud epidemiológica de la enfermedad, con una prevalencia global estimada en 9,5 millones de personas en 2025 ([Ogle et al., 2025](#)), subraya la necesidad de desarrollar herramientas tecnológicas que mejoren su gestión.

3.2. Tratamiento con múltiples dosis diarias de insulina

El tratamiento con múltiples dosis diarias de insulina (MDI) es la modalidad terapéutica más extendida en pacientes con DM1. Consiste en la administración de insulina basal de acción prolongada —generalmente una dosis diaria— combinada con insulina de acción rápida en cada ingesta, cuya dosis se calcula en función de la cantidad de hidratos de carbono consumidos y de la glucemia preprandial del paciente ([Calvo Ferrer et al., 2004](#)).

El cálculo de la dosis de insulina prandial se basa en dos parámetros individualizados: la ratio insulina/ración (I:R), que determina las unidades de insulina necesarias para metabolizar una cantidad fija de hidratos de carbono (habitualmente 10 g), y el factor de sensibilidad a la insulina (FSI), que estima el descenso glucémico esperado por cada unidad de insulina administrada. Ambos parámetros presentan variabilidad interindividual e

intraindividual significativa, lo que convierte su estimación precisa en uno de los principales retos del manejo clínico de la DM1 ([Calvo Ferrer et al., 2004](#)).

La eficacia del régimen MDI depende en gran medida de la capacidad del paciente para estimar con precisión los hidratos de carbono ingeridos, un proceso sujeto a error sistemático y aleatorio. Estudios previos han documentado que los errores en el recuento de hidratos de carbono son frecuentes incluso en pacientes entrenados, con desviaciones que pueden superar el 20 % de la cantidad real, y que tienen un impacto directo sobre el control glucémico postprandial ([Calvo Ferrer et al., 2004](#)). La práctica de ejercicio físico añade una capa adicional de complejidad, dado que modifica la sensibilidad a la insulina de forma aguda y prolongada, induciendo tanto episodios hipoglucémicos durante o tras el ejercicio como respuestas hiperglucémicas en ejercicio de alta intensidad ([Helleputte et al., 2023](#)).

3.3. Monitorización continua de glucosa

Los sistemas de monitorización continua de glucosa (MCG) miden la concentración de glucosa en el líquido intersticial mediante un sensor electroquímico implantado en el tejido subcutáneo, proporcionando lecturas automáticas con una frecuencia típica de 5 minutos (?). A diferencia de la glucometría capilar tradicional, que ofrece mediciones puntuales, la MCG genera series temporales continuas que permiten caracterizar la dinámica glucémica a lo largo del día, identificar patrones postprandiales, episodios nocturnos y la respuesta glucémica al ejercicio físico.

La evidencia disponible muestra que el uso de MCG en pacientes con DM1 se asocia a reducciones significativas de la HbA1c, incremento del TIR y disminución de la frecuencia e intensidad de los episodios hipoglucémicos (?).

Entre los dispositivos más extendidos en la práctica clínica actual destacan el FreeStyle Libre 2 Plus y el FreeStyle Libre 3 (Abbott), que proporcionan lecturas transmitidas cada 5 minutos, con una vida útil del sensor de 15 días y sin necesidad de calibración. El Dexcom ONE+ ofrece características similares con transmisión en tiempo real continua. En el sistema de Salud de Castilla y León (SaCyL), el FreeStyle Libre 2 es el dispositivo financiado para pacientes con DM1 en régimen MDI, mientras que el FreeStyle Libre 3 se asigna a los usuarios de bomba de insulina.

Desde el punto de vista de las capacidades predictivas integradas, la mayoría de los dispositivos MCG comerciales incorporan únicamente indica-

dores de tendencia glucémica —flechas de dirección y velocidad de cambio basadas en el comportamiento reciente de la señal— y alarmas configurables por umbral. La única solución que actualmente incorpora predicción cuantitativa de glucosa es el sistema Accu-Chek SmartGuide (Roche), cuya aplicación complementaria Accu-Chek SmartGuide Predict estima la evolución de la glucosa en los siguientes 30 minutos y 2 horas, así como el riesgo de hipoglucemia nocturna, a partir de los valores de MCG y las entradas manuales de insulina y carbohidratos registradas por el usuario (Roche Diabetes Care, 2025). Este sistema no está incluido en la cartera de financiación pública del sistema de Salud de Castilla y León a la fecha de elaboración de este trabajo.

Métricas de evaluación clínica

La evaluación del control glucémico en pacientes con MCG se apoya en indicadores estandarizados. El tiempo en rango (TIR) cuantifica el porcentaje de lecturas dentro del intervalo 70–180 mg/dL, mientras que el tiempo por debajo del rango (TBR, <70 mg/dL) y el tiempo por encima del rango (TAR, >180 mg/dL) caracterizan la exposición a hipoglucemia e hiperglucemia respectivamente. El coeficiente de variación (CV) de la glucosa refleja la variabilidad glucémica, con un umbral clínico de referencia del 36 % (?).

Clarke Error Grid y Parkes Error Grid

La Clarke Error Grid (CEG) es un método de evaluación de la seguridad clínica de las estimaciones glucémicas que clasifica los pares (valor real, valor predicho) en cinco zonas según su impacto potencial sobre la toma de decisiones terapéuticas (Clarke et al., 1987). La zona A agrupa las estimaciones clínicamente precisas (error $\leq 20\%$ o dentro del rango normoglucémico); la zona B incluye estimaciones con desviación aceptable que no inducen tratamiento erróneo; las zonas C, D y E recogen, respectivamente, estimaciones que llevarían a correcciones innecesarias, a omitir tratamiento necesario, o a tratamiento opuesto al requerido. En el contexto de modelos predictivos de glucemia, la distribución de predicciones en zonas A y B es el criterio de seguridad clínica más relevante, ya que determina si el modelo es utilizable en la práctica asistencial (Sengupta et al., 2022).

La Parkes Error Grid, también conocida como Consensus Error Grid, constituye una revisión posterior de la CEG que amplía su aplicabilidad a dispositivos de monitorización modernos y refina la delimitación de las zonas de riesgo clínico (Pfützner et al., 2013). Si bien no ha sido aplicada en el presente trabajo, su existencia es relevante como marco de referencia

para estudios futuros que busquen una evaluación de seguridad clínica más actualizada.

3.4. Simulación de pacientes virtuales con DM1

La obtención de datos reales de pacientes con DM1 para el desarrollo y evaluación de algoritmos presenta barreras éticas, burocráticas y logísticas que dificultan su disponibilidad en el contexto académico. Los simuladores de pacientes virtuales constituyen una alternativa consolidada en la investigación en tecnologías para la diabetes, permitiendo generar datos controlados y reproducibles bajo condiciones experimentales definidas ([Siket et al., 2025](#)).

El simulador de referencia en este campo es el UVA/Padova metabolic simulator, desarrollado conjuntamente por la Universidad de Virginia y la Universidad de Padova ([Man et al., 2014](#)). Este simulador está aceptado por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos como sustituto de los estudios preclínicos en animales para el desarrollo y evaluación de algoritmos de control glucémico, lo que acredita su validez como entorno de pruebas ([Man et al., 2014](#)). El modelo reproduce la dinámica glucosa-insulina mediante un sistema de ecuaciones diferenciales que describe los compartimentos de absorción gastrointestinal, distribución de glucosa, acción de la insulina y producción hepática de glucosa, parametrizado a partir de datos fisiológicos reales.

En el presente trabajo se ha utilizado `py-mgipsim`, una librería Python de código abierto que implementa y extiende el modelo UVA/Padova ([Siket et al., 2025](#)). La librería proporciona una cohorte de 20 pacientes virtuales con conjuntos de parámetros individualizados y datos demográficos diferenciados, e incorpora implementaciones de los regímenes terapéuticos MDI, bomba de insulina con sensor aumentado (SAP) y sistemas de asa cerrada híbrida. Entre sus características relevantes para el presente trabajo se encuentran la posibilidad de introducir incertidumbre en el recuento de hidratos de carbono, variabilidad estocástica en los tiempos de ingesta y ejercicio físico, y la exportación de variables de estado en formato estructurado ([Siket et al., 2025](#)).

3.5. Modelos predictivos para series temporales

La predicción de series temporales consiste en estimar valores futuros de una variable a partir de su historia pasada y, en su caso, de variables externas relacionadas. En el contexto de la glucemia, la serie temporal está formada

por las lecturas periódicas del sensor MCG, y las variables externas incluyen la insulina administrada, la ingesta de hidratos de carbono y el ejercicio realizado. El horizonte de predicción define el intervalo temporal entre el último dato disponible y el instante predicho; en este trabajo se trabaja con horizontes de 15 y 30 minutos, equivalentes a 3 y 6 pasos temporales respectivamente, dada la frecuencia de muestreo de 5 minutos.

ARIMAX

Los modelos ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) son una familia de modelos estadísticos lineales para series temporales estacionarias que combinan tres componentes: un término autorregresivo (AR) que modela la dependencia lineal con valores pasados de la propia serie, un término de media móvil (MA) que modela la dependencia con errores de predicción pasados, y un operador de diferenciación (I) que transforma la serie en estacionaria mediante diferencias sucesivas. El modelo se parametriza mediante el triplete (p, d, q) , donde p es el orden autorregresivo, d el grado de diferenciación y q el orden de la media móvil (Box et al., 2015).

La extensión ARIMAX (ARIMA with eXogenous inputs) incorpora variables exógenas como regresores adicionales al modelo, lo que permite capturar el efecto de entradas externas sobre la evolución de la serie. Esta extensión es especialmente relevante en el modelado de la glucemia, dado que las excursiones postprandiales y el efecto de la insulina constituyen perturbaciones exógenas con un perfil temporal conocido.

XGBoost

XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) es un algoritmo de aprendizaje automático basado en la construcción secuencial de árboles de decisión, donde cada árbol nuevo se entrena para corregir los errores residuales del conjunto de árboles anteriores mediante el descenso de gradiente sobre una función de pérdida (Chen and Guestrin, 2016). A diferencia de los modelos estadísticos clásicos, XGBoost no impone supuestos sobre la linealidad de las relaciones entre variables, lo que lo hace apto para capturar interacciones no lineales entre la glucemia pasada, la insulina y los hidratos de carbono. Su aplicación a series temporales requiere una transformación previa de la serie en formato supervisado, dado que el algoritmo no opera de forma nativa sobre datos secuenciales.

Selección de hiperparámetros

Ambos modelos requieren la optimización de sus hiperparámetros para maximizar el rendimiento predictivo. En el presente trabajo, la búsqueda de hiperparámetros se ha realizado sobre un paciente virtual de referencia, común a ambos modelos, con el objetivo de garantizar la comparabilidad de los resultados. Los hiperparámetros obtenidos se han aplicado posteriormente al resto de la cohorte sin reajuste individual, lo que permite evaluar la capacidad de generalización de cada modelo ante la variabilidad interpaciente.

Metodología

4.1. Descripción de los datos

Se describirán los datos utilizados en el proyecto.

4.2. Técnicas y herramientas

A continuación se muestra un **ejemplo de tabla generada con R** usando `knitr::kable()`:

```
library(knitr)
library(dplyr)

iris |>
  group_by(Species) |>
  summarise(
    N          = n(),
    Media_SL   = round(mean(Sepal.Length), 2),
    SD_SL      = round(sd(Sepal.Length), 2),
    Media_PL   = round(mean(Petal.Length), 2),
    SD_PL      = round(sd(Petal.Length), 2)
  ) |>
  kable(
    col.names = c("Especie", "N", "Media Sep.L",
                  "SD Sep.L", "Media Pet.L", "SD Pet.L"),
    booktabs = TRUE,
    format   = "latex"
  )
```

Tabla 4.1: Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris

Especie	N	Media Sep.L	SD Sep.L	Media Pet.L	SD Pet.L
setosa	50	5.01	0.35	1.46	0.17
versicolor	50	5.94	0.52	4.26	0.47
virginica	50	6.59	0.64	5.55	0.55

Y podremos referenciar esta tabla en el texto como la tabla [4.1](#) que aparece en la página [14](#).

4.3. Metodología de Ingeniería del Software

Si el TFG incluye desarrollo software, indicar la metodología seguida. Se pueden incluir diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, etc. para describir el diseño del software desarrollado.

Resultados

5.1. Resumen de resultados

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

A continuación se muestra un **ejemplo de figura generada con R**:

```
library(ggplot2)

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, fill = Species)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  labs(
    x = "Especie",
    y = "Longitud del sépalo (cm)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(panel.grid.minor = element_blank())
```

Debería existir correspondencia entre los objetivos definidos y los resultados mostrados (Koza, 1992).




Figura 5.1: Distribución de la longitud de sépal por especie en el conjunto iris

Discusión

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos, obtenidos con la revisión del estado del arte; de forma que se destaquen las mejoras y aportes sobre el mismo.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo y que den respuesta a los objetivos planteados.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Líneas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., and Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Wiley, 5 edition.
- Calvo Ferrer, F., López García, M. J., and Rodríguez Rigual, M. (2004). Diabetes mellitus tipo 1: Tratamiento, seguimiento, complicaciones agudas. In Oyarzabal Irigoyen, M., editor, *Manual de Consenso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica*, chapter 23, pages 1–32. Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP). Coordinador del capítulo: Miren Oyarzabal Irigoyen.
- Chen, T. and Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794.
- Clarke, W. L., Cox, D., Gonder-Frederick, L. A., Carter, W., and Pohl, S. L. (1987). Evaluating Clinical Accuracy of Systems for Self-Monitoring of Blood Glucose. *Diabetes Care*, 10(5):622–628. _eprint: <https://diabetesjournals.org/care/article-pdf/10/5/622/515265/10-5-622.pdf>.
- Conde Barreiro, S., González Pelegrín, B., Quevedo Beneyto, B., Feja Solana, C., Malo Aznar, C., Rojo-Martínez, G., Menéndez Torre, E., and Gómez Peralta, F. (2025). Estimation of the incidence and prevalence of type 1 diabetes mellitus in children under 15 years of age in Spain. *Endocrinología, Diabetes Y Nutrición*, 72(7):501591.
- Gregory, G. A. et al. (2022). Global incidence, prevalence, and mortality of type 1 diabetes in 2021 and projections to 2040. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*.

- Helleputte, S., Yardley, J. E., Scott, S. N., Stautemas, J., Jansseune, L., Marlier, J., De Backer, T., Lapauw, B., and Calders, P. (2023). Effects of postprandial exercise on blood glucose levels in adults with type 1 diabetes: a review. *Diabetologia*, 66(7):1179–1191.
- Koza, J. R. (1992). *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press.
- Man, C. D., Micheletto, F., Lv, D., Breton, M., Kovatchev, B., and Cobelli, C. (2014). The UVa/Padova type 1 diabetes simulator: new features. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 8(1):26–34.
- Nwokolo, M. and Hovorka, R. (2023). The Artificial Pancreas and Type 1 Diabetes. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 108(7):1614–1623.
- Ogle, G. D., Wang, F., Haynes, A., et al. (2025). Global type 1 diabetes prevalence, incidence, and mortality estimates 2025: Results from the International Diabetes Federation Atlas, 11th Edition, and the T1D Index Version 3.0. *Diabetes Research and Clinical Practice*. Global estimate: 9.5 million people living with type 1 diabetes in 2025.
- Pfützner, A., Klonoff, D. C., Pardo, S., and Parkes, J. L. (2013). Technical Aspects of the Parkes Error Grid. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 7(5):1275–1281.
- Rizos, E. C., Markozannes, G., Charitakis, N., Filis, P., Stoimeni, A. E., Nørgaard, K., Ntzani, E. E., and Tsilidis, K. K. (2025). Continuous Glucose Monitoring in Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes, and Diabetes During Pregnancy: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 27(7):537–552.
- Roche Diabetes Care (2025). Solución de MCG Accu-Chek SmartGuide. Sitio web corporativo. Consultado en 2025.
- Sengupta, S., Handoo, A., Haq, I., Dahiya, K., Mehta, S., and Kaushik, M. (2022). Clarke Error Grid Analysis for Performance Evaluation of Glucometers in a Tertiary Care Referral Hospital. *Indian Journal of Clinical Biochemistry*, 37(2):199–205.
- Siket, M., Rashid, M. M., and Cinar, A. (2025). py-mgipsim: An Open-Source Python Library for Simulating Type 1 Diabetes With Diverse Meals and Physical Activities. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 19(3):855–856.

Wikipedia (2015). LaTeX — Wikipedia, la enciclopedia libre. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].