

ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO C-SAÚDE

PROPOSTA TÉCNICA & FINANCEIRA

Data:

28/09/2026

Concurso Público Local e Internacional REF: PTFY26/039/CSAUDE-MPT

EQUIPAMENTO LABORATORIAL
E DE CADEIA DE FRIO
LOTE F (IISM 2027)



Infinity Health, SA
Rua de França, nº273, Bairro da Coop - Maputo
Nuit:401550216
Tel.: +258 848770340/ 870867668
Email: comercial@infinityhealth.co.mz

ÍNDICE GERAL

Nº	TÓPICO	PÁGINA
1.0	INFORMAÇÕES DO CONCORRENTE	4
2.0	APRESENTAÇÃO DA INFINITY HEALTH, SA	5
3.0	DESCRIÇÃO DOS PARCEIROS E MARCAS	6
4.0	OBJECTO DA PROPOSTA (Equipamento Laboratorial e de Cadeia de Frio)	8
5.0	PROPOSTA TÉCNICA E METODOLOGIA	10
5.1	Garantia de Qualidade, Certificações e Conformidade	10
5.2	Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade	11
5.3	Modelo Proposto Por Infinity Health, SA	13
6.0	PROPOSTA FINANCEIRA	15
7.0	REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ANEXOS	17

ÍNDICE DE TABELAS E FIGURAS

REF.	DESIGNAÇÃO	PÁGINA
Tabela 1	Informações do Concorrente	4
Tabela 2	Exemplos de fornecimento de equipamento	9
Tabela 3	Resumo do objecto da proposta	8
Tabela 4	Tabela de conformidade técnica	11-12
Tabela 5	Modelo Proposto Por Infinity Health, SA	13
Tabela 6	Planilha de preços dos bens	16
Figura 1	Marcas e representações	7

Tabelas

Tabela	Significado
Tabela 1	Informações do Concorrente
Tabela 2	Alguns exemplos de fornecimento de equipamentos
Tabela 3	Conformidade técnica e especificações técnicas do modelo a fornecer

Abreviaturas

Abreviaturas	Significado
Infinity Health	Infinity Health, SA
N/A	Não Aplicável
IQ	Installation Qualification

1. Informações do Concorrente

Tabela 1. Informações do Concorrente

Denominação Social: Infinity Health, SA
No caso de Consórcio, informar a denominação social de cada membro integrante do Consórcio: N/A
Número de Registo Comercial do Concorrente na Conservatória competente:
Data de Registo do Concorrente na Conservatória:
1. Endereço oficial do Concorrente: Rua da França, n.º 273, Bairro da Coop Telefone: + 258 848770340 Cel: (+258) 870867668 E-mail: info@infinityhealth.co.mz / comercial@infinityhealth.co.mz
Informações sobre o Representante Autorizado do Concorrente Nome: E-mail: comercial@infinityhealth.co.mz
2. Encontram-se anexas cópias dos originais dos seguintes documentos:

2. Apresentação

A Infinity Health, SA é uma empresa moçambicana, de capitais nacionais, cujo objecto social consiste em contribuir para o melhoramento da saúde pública em Moçambique, através de:

- 2.1. Importação, exportação e comércio geral de produtos e equipamentos hospitalares e laboratoriais;
- 2.2. Estabelecimento de uma Unidade de Consultoria de Monitoria e Controlo de Qualidade de Laboratórios Clínicos, bem como a organização de formações técnicas na área de saúde pública.

Desde o estabelecimento da empresa, em 2023, todos os esforços e recursos estiveram sempre centrados na criação de parcerias internacionais e no aperfeiçoamento das nossas capacidades de importação e distribuição de produtos e equipamentos hospitalares e laboratoriais.

Este exercício assenta na definição de estratégias que visam disponibilizar produtos e equipamentos de qualidade a preços mais acessíveis.

Por isso, a definição das marcas a representar obedece ao padrão internacional de qualidade, procurando-se sempre alternativas de fornecimento adequadas às capacidades financeiras do cliente.

Estamos convictos de que podemos contribuir para o melhoramento da saúde em Moçambique, minimizando o impacto que as condições sociais dos cidadãos têm sobre o acesso aos serviços de saúde.

Há muito a dizer sobre a nossa visão e estratégia de apoio ao sector da saúde, sendo impossível esgotar o tema num texto ou numa conversa. Convidamos, por isso, V. Ex.as a contactar-nos a qualquer momento para explorar a gama de produtos e serviços que disponibilizamos. Poderão também, sempre que necessário, enviar qualquer pedido de cotação, esclarecimento ou reclamação para o nosso e-mail comercial@infinityhealth.co.mz.

3. Parceiros

Somos representantes oficiais e exclusivos da **MGI Tech Co., Ltd. (MGI)** para soluções de sequenciação genética DNBSEQ, automação MGISP e reagentes laboratoriais; da **Haier Biomedical** para cadeia de frio ultra-baixa (-86 °C), refrigeração médica, cabines de biossegurança e tanques de nitrogénio líquido; da **Dräger** para estações de anestesia, ventiladores, monitorização de pacientes e incubadoras neonatais; e da **Adams Equipment** para centrifugação, analisadores de hematologia e balanças laboratoriais de precisão.


Somos distribuidores oficiais, autorizados por acordo, da **Olympus** para microscopia, sistemas de endoscopia e imagiologia de ciências da vida; da **BD – Becton Dickinson** para diagnósticos, biosciências e dispositivos médicos; da **Elabscience** para kits ELISA, anticorpos, proteínas e reagentes de investigação; e da **Zeiss** para sistemas de microscopia, oftalmologia e metrologia industrial, entre outras marcas de referência internacional.

Definimos a origem das aquisições a partir das referências indicadas pelos nossos clientes; na ausência destas, baseamo-nos na experiência técnica da nossa equipa para aconselhar a melhor marca, de acordo com os objectivos e as capacidades financeiras.

3.1. Nossas Marcas

CORPORATE BRAND HIERARCHY


Parent Companies & Subsidiary Branches



Corporate Brand Structure • Medical & Laboratory Equipment Portfolio • 2024

CORPORATE BRAND HIERARCHY

Parent Companies & Child Branch Divisions



Corporate Hierarchy — Overview for Medical Proposal | Generated for Strategic Partnership Review | 2024

4. Objecto da Proposta

A presente proposta tem por objecto o fornecimento de equipamento laboratorial e de cadeia de frio destinado ao Inquérito Integrado de Saúde de Moçambique 2027 (IISM 2027), a realizar pelo Instituto Nacional de Saúde, no âmbito do concurso abaixo resumido.

Concurso	Concurso Público Local e Internacional REF: PTFY26/039/CSAUDE-MPT
Entidade Contratante	C-Saúde (associação sem fins lucrativos); beneficiário: Instituto Nacional de Saúde (IISM 2027)
Objecto	Fornecimento de equipamento laboratorial e de cadeia de frio (Lote F - IISM 2027)
Âmbito do fornecimento	5 referências do Anexo III dos TdR: termómetros Jumbo Traceable (9), reguladores de tensão 5 kVA (6), congeladores -86 °C 729 L (4), termómetros de verificação (9) e mini centrífuga (1)
Modalidade	Concurso Público Local e Internacional - Lote F
Regime de contratação	Contrato elaborado pela C-Saúde, com cláusulas de desconto por atraso na entrega
Critério de avaliação	Preço total avaliado 90% + prazo de entrega 10%
Prazo de entrega	60 dias de calendário (nacionais/DDP) ou 45 dias (internacionais DAP)
Local de entrega	Sede do Instituto Nacional de Saúde, Marracuene, província de Maputo (inclui instalação e calibração)
Validade da proposta	Mínimo de 90 dias de calendário, com preços inalteráveis

Tabela 3. Resumo do objecto da proposta

A Infinity Health, SA compromete-se a fornecer a totalidade dos itens em conformidade com as especificações técnicas do Anexo III dos Termos de Referência, incluindo a instalação e a calibração dos equipamentos, com garantia mínima de 12 meses.

Tabela 2. Alguns exemplos de fornecimento de equipamento

Instituição	Período	Modelo Fornecido
Universidade Eduardo Mondlane	2025-HZS-60 - Drying Oven	
Universidade Eduardo Mondlane	2025-DW-30L520F -30°C Biomedical Freezer (Forced Air Cooling)	
Universidade Eduardo Mondlane	2025-DW-40L568J -40°C Biomedical Freezer (Upright)	

5. Proposta Técnica e Metodologia

A presente proposta técnica foi elaborada com base no **Concurso Público Local e Internacional REF: PTFY26/039/CSAUDE-MPT** e nos Termos de Referência para Equipamento Laboratorial e de Cadeia de Frio (Lote F — IISM 2027), destinando-se ao fornecimento, instalação e calibração do equipamento descrito no Anexo III.

5.1. Garantia de Qualidade, Certificações e Conformidade

A Infinity Health, SA fornecerá equipamento laboratorial e de cadeia de frio de fabricantes internacionais reconhecidos, com sistemas de gestão da qualidade certificados (**ISO 13485** e **ISO 9001**) e marcação **CE**. Todos os bens são acompanhados de **catálogos e fichas técnicas**, conforme exigido no ponto 2.1.2 dos TdR.

A empresa apresenta **autorização do fabricante ou prova de estatuto de distribuidor autorizado** para os itens 1, 3, 4 e 5 (ponto 2.1.6 dos TdR), e dispõe de documento autorizado para a importação dos equipamentos.

Metodologia de Fornecimento

- **Seleção e conformidade:** cada item cumpre integralmente as especificações do Anexo III dos TdR (temperaturas, capacidades, dimensões e normas aplicáveis).
- **Aquisição e importação:** as encomendas são colocadas junto de fabricantes/fornecedores qualificados, com documentação de origem e autorização de importação.
- **Controlo de qualidade:** verificação de conformidade com as fichas técnicas e integridade das embalagens antes da expedição.
- **Entrega e instalação:** transporte, montagem, instalação e calibração na Sede do Instituto Nacional de Saúde, Marracuene, no prazo de 60 dias de calendário (propostas nacionais/DDP) ou 45 dias (internacionais DAP).
- **Garantia e peças de reposição:** garantia mínima de 12 meses com assistência técnica; produtos com validade remanescente mínima de 12 meses.

Enquadramento da Proposta

- Cotação correspondente a **100% do Lote F**, com IVA incluído e identificado separadamente.
- Empresas nacionais cotam em **Meticais**; internacionais podem cotar em USD ou EUR, indicando o Incoterm aplicável.
- Proposta apresentada em **língua portuguesa**; submissão por email para concursos@csaude.org.mz até 28 de Setembro de 2026, 10:30, com assunto apenas PTFY26/039/CSAUDE-MPT.
- Validade da proposta: mínimo de **90 dias de calendário**, com preços inalteráveis.
- Pagamento: **100% após a entrega total** dos bens e a respectiva aceitação técnica pelo Instituto Nacional de Saúde.

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

As especificações técnicas dos bens propostos cumprem as exigências do Anexo III - Lista do Material dos Termos de Referência do Concurso Público Local e Internacional REF: PTFY26/039/CSAUDE-MPT (Lote F - IISM 2027). O quadro seguinte demonstra, item a item, o fundamento técnico da conformidade, identificando o bem da Planilha de Preços que responde a cada referência dos TdR.

Item do TrD (Anexo III)	Descrição / especificação exigida	Item da Planilha de Preços (proposto)	Justificação da conformidade
1 — Fisher Scientific™ Traceable™ Jumbo Refrigerator/Freezer Thermometers (9 un., emb. "Each")	Termómetros Jumbo para frigorífico/congelador, marca de referência Fisher Scientific™ Traceable™; inclui instalação e calibração na Sede do INS, Marracuene (ponto 1 dos TdR).	Termómetro Jumbo para frigorífico/congelador com frasco (sonda em garrafa térmica para monitorização contínua), ref.ª EW-94460-82, conforme Planilha de Preços (pág. 16); 9 un.	CONFORME — A marca apresentada NÃO é a Fisher: propõe-se um termómetro Jumbo equivalente, ref.ª EW-94460-82, com sonda em garrafa térmica e monitorização contínua da cadeia de frio. A referência Fisher do Anexo III (pág. 8 dos TdR) foi incluída apenas por efeito ilustrativo, não sendo imperioso apresentá-la: as imagens são meramente ilustrativas, não constituem preferência de marca e não substituem as especificações técnicas de cada artigo. Cumpre o ponto 2.1.2 e a instalação/calibração do ponto 1. Quantidade 9 = 9.
2 — Voltage regulator for freezer (6 un., emb. "Each")	Regulador de tensão de 2 kVA para freezer; marca "Sem preferência"; instalação incluída (ponto 1 dos TdR).	Regulador/estabilizador de tensão para freezer e equipamento de cadeia de frio, 5 kVA, Modelo TND2-5kVA, conforme Planilha de Preços (pág. 16); 6 un.	CONFORME — A marca apresentada (Modelo TND2-5kVA) NÃO é a marca Fisher; os TdR indicam "Sem preferência" de marca. Função idêntica à exigida (regulação/estabilização automática da tensão do freezer) e potência de 5 kVA superior aos 2 kVA exigidos. As marcas e imagens do Anexo III (pág. 8 dos TdR) são meramente ilustrativas, não constituem preferência de marca e não substituem as especificações técnicas. Quantidade 6 = 6.

Tabela 4. Tabela de conformidade técnica

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade (continuação)

Item do TrD (Anexo III)	Descrição / especificação exigida	Item da Planilha de Preços (proposto)	Justificação da conformidade
3 — FREEZERS (-80 degrees) (4 un., emb. "Each")	Congelador ultra-baixo (-80 °C), 681,5 L, capacidade 500 caixas; referência Thermo Scientific™ Forma™ 88000 Series ou SKADI EUROPE-86; instalação e calibração incluídas (ponto 1).	Congelador vertical ultra-baixo de temperatura, -86 °C, 729 L (equivalente a 681,5 L / 500 caixas), inclui 20 racks em inox SUS304 (DCJ-55-B), Haier Biomedical DW-86L729, conforme Planilha de Preços (pág. 16); 4 un.	CONFORME — A marca apresentada (Haier Biomedical, DW-86L729) NÃO é a marca Fisher; as referências do Anexo III (pág. 8 dos TdR) constam apenas por efeito ilustrativo, não sendo imperioso apresentá-las: as imagens são meramente ilustrativas, não constituem preferência de marca e não substituem as especificações técnicas de cada artigo. -86 °C cobre "-80 degrees"; 729 L ≥ 681,5 L; capacidade de 500 caixas com 20 racks inox. Quantidade 4 = 4.
4 — Fisherbrand™ Verification Thermometers for Ovens, Incubators, Freezers, and Refrigerators (9 un.)	Termómetros de verificação para estufas, incubadoras, congeladores e frigoríficos; marca de referência Fisherbrand™; calibração incluída (ponto 1 dos TdR).	Termómetro de verificação para estufas, incubadoras, congeladores e frigoríficos, ref. ^a EW-90300-65, conforme Planilha de Preços (pág. 16); 9 un.	CONFORME — A marca apresentada NÃO é a Fisher: propõe-se um termómetro de verificação equivalente, ref. ^a EW-90300-65, com aplicação exacta em estufas, incubadoras, congeladores e frigoríficos. A referência Fisherbrand™ do Anexo III (pág. 8 dos TdR) foi incluída apenas por efeito ilustrativo, não sendo imperioso apresentá-la: as imagens são meramente ilustrativas, não constituem preferência de marca e não substituem as especificações técnicas de cada artigo. Cumpre o ponto 2.1.2 e a calibração do ponto 1. Quantidade 9 = 9.
5 — Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini Centrifuge, 110-240V (1 un.)	Mini centrífuga de bancada, alimentação 110-240 V; marca de referência Thermo Scientific™ mySPIN™ 6.	Mini centrífuga de bancada, rotor 8 × 1,5/2,0 mL, 12.000 rpm, 110-240 V, Modelo LX-120T2Z, conforme Planilha de Preços (pág. 16); 1 un.	CONFORME — A marca apresentada (Modelo LX-120T2Z) NÃO é a marca Fisher; a referência Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 do Anexo III (pág. 8 dos TdR) consta apenas por efeito ilustrativo, não sendo imperioso apresentá-la: as imagens são meramente ilustrativas, não constituem preferência de marca e não substituem as especificações técnicas de cada artigo. Faixa de alimentação 110-240 V idêntica à exigida. Quantidade 1 = 1.

Tabela 4. Tabela de conformidade técnica (continuação)

A rastreabilidade da conformidade é assegurada pelos catálogos e fichas técnicas (ponto 2.1.2 dos TdR) e pelas autorizações dos fabricantes (ponto 2.1.6), anexos à presente proposta. Todos os itens incluem garantia mínima de 12 meses com assistência técnica e são entregues com instalação e calibração na Sede do Instituto Nacional de Saúde, em Marracuene, nos prazos fixados nos TdR.

5.3. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA

Apresenta-se em seguida uma amostra representativa dos bens propostos, com a descrição, especificações técnicas, marca, país de origem e imagem do produto de cada fornecedor. As referências completas constam da planilha de preços.

Termómetro Jumbo Traceable™ (9 un.)	Termómetro Jumbo para frigorífico/ congelador Traceable™ com frasco (sonda em garrafa térmica para monitorização contínua de temperatura em cadeia de frio)	Fisher Scientific EW-94460-82	USA	
Regulador de tensão 5 kVA (6 un.)	Regulador/estabilizador de tensão para freezer e equipamento de cadeia de frio, 5 kVA	Modelo TND2-5kVA	China	
Congelador -86 °C (4 un.)	Congelador vertical ultra-baixo de temperatura, -86 °C, 729 L (equivalente a 681,5 L / 500 caixas), inclui 20 racks em inox SUS304 (DCJ-55-B)	Haier Biomedical DW-86L729	China	

Tabela 5. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA

5.3. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA (continuação)

Termómetros de verificação (9 un.)	Termómetros de verificação para estufas, incubadoras, congeladores e frigoríficos (calibração/ verificação de equipamentos de laboratório)	Fisherbrand EW-90300-65	USA	
Mini centrífuga (1 un.)	Mini centrífuga de bancada, rotor 8 × 1,5/2,0 mL, 12.000 rpm, 110–240 V	Modelo LX-120T2Z	China	


Tabela 5. Modelo Proposto Por Infinity Health, SA (continuação)

As referências completas, as quantidades e os preços de cada item constam da Planilha de Preço (página 16). As imagens correspondem aos modelos e fabricantes indicados na tabela, conforme catálogos dos fornecedores.

6. Proposta Financeira

- a) Examinámos os documentos do **Concurso Público Local e Internacional REF: PTFY26/039/CSAUDE-MPT** — Termos de Referência para Equipamento Laboratorial e de Cadeia de Frio, Lote F (IISM 2027) — e apresentamos a nossa proposta sem reservas para o fornecimento de equipamento laboratorial e de cadeia de frio destinado ao Inquérito Integrado de Saúde de Moçambique 2027 (INS), em conformidade com os referidos Termos de Referência.
- b) Os preços da nossa proposta constam da Planilha de Preço **4.786.271,82 MT** (quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e um Meticais e oitenta e dois centavos), IVA de 16% incluído (valor sem IVA: **4.126.096,40 MT**; IVA: **660.175,42 MT**), conforme apresentado adiante, com base na lista do material do Anexo III dos Termos de Referência.
- c) Declaramos que não estamos enquadrados em qualquer situação de impedimento prevista na legislação aplicável.
- d) Esta proposta tem validade de **90 (noventa) dias**, com preços inalteráveis, conforme os Termos de Referência e, juntamente com a vossa aceitação por escrito constante da notificação de adjudicação, será considerada como contrato vinculativo entre as partes, até que um contrato formal seja assinado.
- e) Compreendemos que não estão obrigados a aceitar a proposta de menor preço ou qualquer outra proposta que venham a receber.

Maputo, 28 de Setembro de 2026


Assinatura do Representante Autorizado
NÚM. 401550216
Maputo - Moçambique



Endereço: Rua da França, N°273, Bairro da Coop

Email: info@infinityhealth.co.mz

Telef: +258 86 226 0072

NUIT 401550216

Maputo - Moçambique

EQUIPAMENTO LABORATORIAL E DE CADEIA DE FRIO

1		2	3	4	5	6	7		8	9
Item	Refª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo De Entrega	QTD	Unidade Física	Preço Unitário	Preço Total s/IVA	IVA 16%	Preço Total c/IVA
1	EW-94460-82	Termómetro Jumbo para frigorífico/congelador Traceable™ com frasco (sonda em garrafa térmica para monitorização contínua de temperatura em cadeia de frio)	USA	30 Dias Úteis	9	UN	13.969,31	125.723,79	20.115,81	145.839,60
2	TND2-5kVA	Regulador/estabilizador de tensão para freezer e equipamento de cadeia de frio, 5 kVA	China	60 Dias Úteis	6	UN	24.668,25	148.009,50	23.681,52	171.691,02
3	DW-86L729 + 20× DCJ-55-B (SUS304)	Congelador vertical ultra-baixo de temperatura, -86 °C, 729 L (equivalente a 681,5 L / 500 caixas), inclui 20 racks em inox SUS304 (DCJ-55-B)	China	60 Dias Úteis	4	UN	890.821,09	3.563.284,36	570.125,50	4.133.409,86
4	EW-90300-65	Termómetros de verificação para estufas, incubadoras, congeladores e frigoríficos (calibração/verificação de equipamentos de laboratório)	USA	30 Dias Úteis	9	UN	30.648,42	275.835,78	44.133,72	319.969,50
5	LX-120T2Z	Mini centrífuga de bancada, rotor 8 × 1,5/2,0 mL, 12.000 rpm, 110-240 V	China	60 Dias Úteis	1	UN	13.242,97	13.242,97	2.118,88	15.361,85
		TOTAL GERAL DA PROPOSTA						4.126.096,40	660.175,42	4.786.271,82

Notas (Termos de Referência REF: PTFY26/039/CSAUDE-MPT):

1. Moeda da proposta: Meticais (MZN); IVA de 16% incluído e identificado separadamente.
2. Prazo de entrega: 60 dias de calendário a partir da confirmação da encomenda (propostas nacionais / regime DDP).
3. Local de entrega: Sede do Instituto Nacional de Saúde, Marracuene, incluindo instalação e calibração.
4. Validade da proposta: mínimo de 90 dias de calendário, com preços inalteráveis.
5. Garantia: mínimo de 12 meses, incluindo assistência técnica.

7. Requisitos para Qualificação e Anexos

A) Documentos obrigatórios dos Termos de Referência (ponto 2):

- **2.1.1** – Alvará ou licença válida para o comércio de produtos farmacêuticos;
- **2.1.2** – Proposta técnica com catálogos e fichas técnicas do fabricante para todos os artigos cotados;
- **2.1.3** – Proposta financeira detalhada, por artigo e por unidade, com todos os custos identificados separadamente;
- **2.1.4** – Cronograma firme de produção, expedição, entrega e aceitação;
- **2.1.5** – Evidência de fornecimentos similares nos últimos 3 anos no montante acumulado de USD 50.000 (3.200.000 MT), comprovada por ordens de compra com nota de entrega e comprovativo de pagamento, ou por cartas abonatórias;
- **2.1.6** – Carta de autorização do fabricante ou prova de estatuto de distribuidor autorizado, para os itens 1, 3, 4 e 5;
- **2.1.7/2.1.8** – Prazo de entrega e condição de pagamento em conformidade com o ponto 1 dos TdR;
- **2.1.9/2.1.10** – Anexo I e Anexo II preenchidos, assinados e carimbados.

B) Concorrentes sediados em Moçambique (ponto 2.2):

- **2.2.1** – Certidão de Registo Comercial actualizada, emitida há menos de 6 meses;
- **2.2.2** – Declaração de início de actividade, com indicação do regime fiscal e da percentagem de imposto (3%, 5% ou 16%);
- **2.2.3** – Declaração de NUIT; **2.2.4** – Certidão de quitação fiscal válida ou documento equivalente.

C) Concorrentes sediados fora de Moçambique (ponto 2.3):

- **2.3.1-2.3.4** – Certificado de incorporação ou registo comercial e certificado de good standing; número de identificação fiscal e licença comercial; documentos que comprovem os poderes do signatário; licença ou capacidade legal para exportar os artigos propostos.

D) Condições gerais da participação:

- **Moeda e idioma:** proposta redigida em língua portuguesa; empresas nacionais cotam em Meticals; internacionais podem cotar em USD ou EUR, indicando o Incoterm aplicável;
- **Submissão:** por email para concursos@csaude.org.mz até 28 de Setembro de 2026, 10:30, com assunto apenas PTFY26/039/CSAUDE-MPT; ficheiros até 25 MB; abertura das propostas em 28/09/2026, 11:00, nos escritórios da C-Saúde em Maputo;
- **Validade da proposta:** mínimo de 90 dias de calendário, com preços inalteráveis;
- **Prazo de entrega:** 60 dias de calendário a partir da confirmação da encomenda (propostas nacionais / DDP) ou 45 dias (internacionais DAP);
- **Local de entrega:** Sede do Instituto Nacional de Saúde, Marracuene, província de Maputo, incluindo instalação e calibração;
- **Garantia:** mínimo de 12 meses com assistência técnica; produtos com validade remanescente mínima de 12 meses;
- **Pagamento:** 100% após entrega total e aceitação técnica pelo Instituto Nacional de Saúde;
- **IVA:** cotação com IVA incluído, identificado separadamente (Mecanismo de Regularização de IVA em tramitação);
- **Critério de avaliação:** preço total avaliado 90% + prazo de entrega 10%.