

样品质控(QC)报告

检测人员:李小颖
报告日期:2026-05-18

检测项目和方法

样品类型		DNA ☒
初步检测方法		琼脂糖凝胶电泳 ☒
浓度检测方法		Qubit Fluorometer ☒
完整性检测方法		琼脂糖凝胶电泳 ☒
纯度检测方法		琼脂糖凝胶电泳 ☒

检测结果

序号	原始ID	文库类型	Qubit浓度(ng/μl)	Qubit体积(μl)	Qubit总量(ug)	检测结论
1	mt2	DNA	11.96	10	0.12	Pass
2	mt6	DNA	6.32	10	0.06	风险, 总量偏低
3	mt7	DNA	16.04	10	0.16	Pass
4	mt8	DNA	17.08	10	0.17	Pass
5	mt9	DNA	10.30	10	0.10	Pass
6	mt10	DNA	18.92	10	0.19	Pass
7	mt11	DNA	8.28	10	0.08	风险, 总量偏低
8	mt12	DNA	21.40	10	0.21	Pass
9	mt14	DNA	20.00	10	0.20	Pass
10	mt15	DNA	10.68	10	0.11	Pass
11	mt16	DNA	26.20	10	0.26	Pass
12	mt17	DNA	5.72	10	0.06	风险, 总量偏低
13	mt19	DNA	2.06	10	0.02	Fail
14	mt20	DNA	8.60	10	0.09	风险, 总量偏低
15	mt21	DNA	45.40	10	0.45	Pass
16	mt22	DNA	50.80	10	0.51	Pass
17	mt23	DNA	8.12	10	0.08	风险, 总量偏低
18	mt26	DNA	56.40	10	0.56	风险

序号	原始ID	文库类型	Qubit浓度(ng/μl)	Qubit体积(μl)	Qubit总量(ug)	检测结论
19	mt28	DNA	43.60	10	0.44	Pass
20	mt29	DNA	6.74	10	0.07	风险，总量偏低
21	mt30	DNA	104.00	10	1.04	Pass
22	mt31	DNA	45.00	10	0.45	Pass
23	mt32	DNA	9.20	10	0.09	风险，总量偏低
24	mt33	DNA	13.16	10	0.13	Pass
25	mt35	DNA	8.16	10	0.08	风险，总量偏低
26	mt37	DNA	14.74	10	0.15	Pass
27	mt39	DNA	47.60	10	0.48	Pass
28	mt40	DNA	7.94	10	0.08	风险，总量偏低
29	mt41	DNA	13.30	10	0.13	Pass
30	mt42	DNA	3.06	10	0.03	Fail
31	mt43	DNA	26.00	10	0.26	Pass
32	mt47	DNA	19.98	10	0.20	Pass
33	mt48	DNA	12.44	10	0.12	Pass
34	mt49	DNA	10.34	10	0.10	Pass
35	mt51	DNA	24.60	10	0.25	Pass
36	mt52	DNA	6.20	10	0.06	风险，总量偏低
37	mt55	DNA	28.60	10	0.29	Pass
38	mt58	DNA	55.80	10	0.56	Pass
39	mt60	DNA	25.80	10	0.26	Pass
40	mt62	DNA	47.60	10	0.48	Pass
41	mt63	DNA	5.94	10	0.06	风险，总量偏低
42	mt64	DNA	4.96	10	0.05	风险，总量偏低
43	mt65	DNA	11.80	10	0.12	Pass
44	mt66	DNA	25.60	10	0.26	Pass
45	mt80	DNA	1.49	10	0.01	Fail
46	mt81	DNA	19.38	10	0.19	Pass
47	mt82	DNA	14.74	10	0.15	Pass
48	mt86	DNA	8.60	10	0.09	风险，总量偏低

检测结果是依据DNA/RNA样品判定标准,对被检测样品是否符合要求给出的意见和解释请查看备注信息,检测结果类别分类如下：



Pass：样本质量满足1次或以上建库测序质量要求

Fail(A)：样品质量不满足建库测序要求

琼脂糖凝胶电泳

检测参数

基因组DNA——琼脂糖凝胶电泳：1% ； 电压：120v ； 电泳时间：30min



普通琼脂糖凝胶电泳：lambda双切上样5μl。样品上样量为 5μl。

备注信息

无