惠斯通电桥测电阻

电阻标称值 (Ω)				
比率臂读数 C				
准确度等级指数 α				
平衡时测量盘读数 $R(\Omega)$				
平衡后将检流计调偏				
Δd (格)				
与 Δd 对应的测量盘				
的示值变化 $\Delta R(\Omega)$				
测量值 $CR(\Omega)$				
$ E_{\text{lim}} = (\alpha\%)(CR + 500C)(\Omega)$				
$\Delta_s = 0.2C\Delta R/\Delta d(\Omega)$				
$\Delta_{R_x} = \sqrt{E_{\lim}^2 + \Delta_S^2}(\Omega)$				
$R_x = CR \pm \Delta_{R_x}(\Omega)$				

铜电阻数字温度计的设计组装及校验

	温度 t/°C	电压/V	α_R	比率臂 C	测量盘读数 R/Ω	U_t/V
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

单电桥测铜丝电阻系数

	温度 t/°C	比率臂 C	测量盘读数 R/Ω	$R_t = CR/\Omega$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

双电桥测低电阻

电阻标称值/Ω				
比率臂读数 C				
准确度等级指数 α				
平衡时测量盘读数 R/Ω				
测量值 CR / Ω				
$\Delta_{R_x} = (\alpha\%)(CR + \frac{C}{100})/\Omega$				
$\left(R_x = CR \pm \Delta_{R_x}\right)/\Omega$				