#### F-P标准具

当一束波长为 $\lambda$ 的平行光照射到间距为 t 的 F-P 标准具时,设入射光强及入射角分别 为  $I_0$ 与 $\theta$ ,则相邻透射光束的光程差  $\Delta$  为  $\Delta$ =2ntcos  $\theta$  (n 为标准具工作区介质的折射率)

令 n=1 (空气),则相位差 $\delta$ 为 $\delta$ =  $\frac{2\pi}{\lambda}$   $2nt\cos\theta$  输出光强为极大的条件是 $\Delta$ =m $\lambda$ ,即 m $\lambda$ =2tcos $\theta$  (m 是正整数,称为干涉级数)。图 2中的 A 点上的光强 I 为

$$I = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1 - R)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$




图:入射光在 F-P 标准具中的多次反射

# 自由光谱范围和精细度

- 设入射光的波长分别为λ与λ+Δλ,当前者的 m+1 级与后者的 m 级重叠时,条件为 (m+1) λ=m(λ+Δλ)
   称Δλ为标准具自由光谱范围(符号表示:Δλ<sub>F</sub>)。
- ▶ 表征了标准具所允许的不同波长的干涉花纹不重叠的最大波长差。
- $\triangleright$  当入射光近似为平行光时,则有  $\Delta \lambda_F = \frac{\lambda}{m} = \frac{\lambda^2}{2t}$
- $\triangleright$  用波数表示时,自由光谱范围 $\Delta \widetilde{V_F}$ 为  $\Delta \widetilde{V_F} = \frac{1}{2t}$

# 标准具的精细度F


标准具的精细度:自由光谱范围 $\Delta\lambda_F$ 与能分辨的最小波长的比值就是标准具能分辨的干涉亮条纹数(同级次)的最大值。

$$F = \frac{\Delta \lambda_F}{\delta \lambda} = \frac{\pi \sqrt{R}}{1 - R}$$

 $(\delta\lambda)$  F-P 标准具能分辨的最小波长差, $\frac{\lambda}{\delta\lambda}$ 为波长为 $\lambda$ 时的分辨本领)


物理意义:两个相邻干涉序花纹之间能够被分辨的干涉花纹的最大数目。

#### 实验装置



塞曼效应的实验装置图 (光学部分)

1-直流稳压电源; 2-电磁铁; 3-光源; 4-聚光透镜; 5-偏振片; 6-干涉滤光片; 7-F-P标准具; 8-成像透镜; 9-小孔光阑; 10-光电倍增管




相邻透射光束的光程差

 $\Delta = 2nt\cos\theta = m\lambda$ 

图:实验观察等倾干涉圆环


### 气压式F-P标准具

原理:改变镜面间的气体的折射率n也可以改变光程差 $\Delta$ 。



气压扫描式 F-P 标准具的装置图

1-直流稳压电源; 2-电磁铁; 3-光源; 4-聚光透镜; 5-偏振片; 6-干涉滤光片; 7-F-P 标准具; 8-成像透镜; 9-平面反射镜; 10-读数显微镜; 11-小孔光阑; 12-光电倍增管





实验装置的光路图

$$cos\theta = \frac{f_2}{\sqrt{f_2^2 + (D_m/2)^2}} = (1 + \frac{D_m^2}{4f_2^2})^{-1/2} \approx 1 - \frac{D_m^2}{8f_2^2}$$
$$\frac{m\lambda}{2t} = 1 - \frac{D_m^2}{8f_2^2}$$
$$D_m^2 = 8f_2^2 - \frac{4\lambda f_2^2}{t}m$$


干涉条纹的直径越大,干涉级次越小


# 无磁场的Hg谱线扫描





- 偶数核同位 素自旋为零, 无超精细结 构
- 同位素<sup>199</sup>Hg、
  <sup>201</sup>Hg存在超 精细结构






$$\frac{\Delta v}{v} = -\frac{L_2}{L_1} \cdot \frac{\lambda}{2nt}$$

次峰与主峰的比值在 $10^{-5}$ 的量级这不是由耦合下的精细结构 $\frac{\Delta v}{v}\approx 1$ 和超精细结构 $\frac{\Delta v}{v}\approx 10^{-3}$ 引起的;而是由Hg原子在自然界中能够稳定存在的7种同位素的质量位移效应引起的

# 有磁场的Hg谱线扫描



$$B = 1.061T$$


$$\Delta v_F = L_1$$

$$\Delta \tilde{v} = \frac{L_2}{L_1} \cdot \frac{1}{2nt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{eB}{4\pi mc} = 24.9m^{-1}$$

$$\frac{e}{m} = \frac{4 \pi}{B} \cdot \frac{L_2}{L_1} \cdot \frac{c}{nt} = 1.775 \times 10^{11} \text{C/kg}$$

相对误差为0.95%


# 透振方向与磁场夹角为0°zeeman分裂



当偏振片的透振方向平行于 磁场方向时:

- 两侧的6个σ<sup>±</sup>谱线消失,
- 只剩下中间的3个π谱线

# 透振方向与磁场夹角为90° zeeman分裂



当偏振片方向转过90°时:

- 中间的3个π谱线消失,
- 只剩下两侧的6个σ<sup>±</sup>谱线

π、σ<sup>±</sup>谱线均为线偏振光 加入磁场后,Hg原子的z轴 方向被唯一确定,使得跃 迁时发射出来的光具有确定 的偏振方向