

SS22
11.11.2022

STARK Matthias - 12004907
PHILIPP Maximilian - 11839611

FLAB 1
Zählrohr

cite
sortingnamekeytemplatename=apasortcite

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung

- Messung der α , β und γ Strahlung ohne und mit verschiedenen dicken Abschirmungen
- Aufnahme der Zählrohrcharakteristik
- Aufnahme der Zählstatistik
- Bestätigung des Abstandsgesetzes
- Bestimmung der Endpunktsenergie über Absorption
- Aufnahme des Energiespektrums von β Strahlung mit Magnetspektrometer
- Aufnahme und Kalibrierung des γ Spektrums
- Aufnahme des komplexen γ Spektrums und seinen Zerfallsprodukten

2 Grundlagen

3 Versuchsanordnung

Im Laufe des Versuchs wurden 3 verschiedene Aufbauten verwendet die im Verlauf modifiziert wurden.

3.1 Digitalzähler

Für den ersten Teil des Versuchs wird folgender Versuchsaufbau aus ?? realisiert. Dabei wird das Präparat in die dafür vorgesehene Halterung geschoben, hinter der sich das Zählrohr befindet, welches mit dem Digitalzähler verbunden ist, wodurch ein einfaches Ablesen der Counts ermöglicht wird. Auf der optischen Bank kann der Abstand zwischen Präparat und Zählrohr variiert und abgelesen werden. Dabei ist zu beachten, dass die abgelesene Distanz auf der optischen Bank nicht dem tatsächlichen Abstand zwischen Probe und Zählrohr entspricht, da sich diese nicht direkt über den Sockel befinden. Um im späteren Verlauf des Versuchs die Aluminiumbleche zu befestigen, wird die entsprechende Halterung auf die optische Bank gesteckt.




Abbildung 3.1: Aufbau des Digitalzähler

- 1 ... Halterung für radioaktive Quelle
- 2 ... Zählrohr
- 3 ... Halterung um später das Aluminium zu Befestigen
- 4 ... Digitalzähler
- 5 ... optische Bank um den Abstand zu variieren

3.2 Magnetfeldspektrometer

Um β Strahlung messbar zu machen, wird folgender Aufbau aus ?? verwendet. Dabei wird das radioaktive Präparat in das dafür vorgesehene Loch gesteckt. Durch die Spule wird ein Magnetfelds erzeugt, wodurch die Betastrahlung aufgrund von Lorentzkraft abgelenkt wird, weshalb die Hallsonde auch schräg zur Quelle angeordnet ist. Dies stellt sicher, dass keine Gammastrahlung gemessen wird. Die Stärke des Magnetfelds wird durch das Netzgerät bestimmt.




Abbildung 3.2: Aufbau des Magnetfeldspektrometers

- 1 ... Radioaktive Quelle
- 2 ... Hallsonde (nicht sichtbar im Foto)
- 3 ... Empfänger des Geiger-Müller-Zählers
- 4 ... Anzeige des Geiger-Müller-Zählers
- 5 ... Spule um das Magnetfeld zu erzeugen
- 6 ... Netzgerät für das Magnetfeld (Stecker um die Polung des Magnetfelds zu Ändern)
- 7 ... Teslameter um die Stärke des Magnetfelds zu bestimmen

3.3 Szintilationszähler

Der Aufbau des Szintilationszählers ist in folgender ?? sichtbar. Die radioaktive Quelle wird in die, dafür vorgesehene, Halterung ober den Szintilationszähler gesteckt. Um eine Auswertung am PC zu ermöglichen, wird ein Cassy-Lab als Schnittstelle verwendet.




Abbildung 3.3: Aufbau des Szintilationszählers

- 1 ... Radioaktive Quelle
- 2 ... Szintilationszähler
- 3 ... Spannungsgenerator
- 4 ... Cassy-Lab um Auswertung am PC zu ermöglichen

4 Geräteliste

5 Versuchsdurchführung Messergebnisse

5.1 Messung der α , β und γ Strahlung ohne und mit verschiedenen dicken Abschirmungen

Um die Abschirmung Strahlungen zu Messen, wird der Versuchsaufbau, wie in ?? beschrieben, vorgenommen. Die Totzeit am Digitalzähler wird dabei auf 10s gestellt. Als radioaktive Quelle wird NA-22 verwendet, welche, wie bereits beim Aufbau erklärt, in die dafür vorgesehene Halterung gesteckt wird. Der Abstand zwischen der Quelle und dem Zählrohr wird dabei so gering gewählt, dass die dickste Abschirmungsprobe problemlos dazwischen gehalten werden kann, ohne gegen die Probe oder das Zählrohr zu stoßen. Diese Distanz zwischen der radioaktiven Quelle und

dem Zählrohr wird mit einem Lineal vermessen und beträgt 15,2 mm. Die unterschiedlichen Abschirmungen werden der Reihe nach in den Aufbau gehalten und die entsprechenden Zählraten notiert, was in folgender ?? sichtbar ist. Dabei ist zu beachten, dass die jeweilige Abschirmung die gesamte Totzeit im Aufbau ist und man damit nicht gegen die Probe oder das Zählrohr stößt.

5.2 Aufnahme der Zählrohrcharakteristik

Um die Zählrohrcharakteristik zu bestimmen wird der Aufbau aus ?? realisiert. Als radioaktive Quelle wird erneut NA-22 in die dafür vorgesehene Halterung gesteckt. Nun wird die Betriebsspannung des Netzgerätes so lange gesenkt, bis am Geiger-Müller-Zähler kei Geräusch hörbar ist, was anzeigt, dass keine Betastrahlung auf die Hallsonde gelangt.

5.3 Aufnahme der Zählstatistik

5.4 Bestätigung des Abstandsgesetzes

5.5 Bestimmung der Endpunktsenergie über Absorbtion

5.6 Aufnahme des Energiespektrums von β Strahlung mit Magnetspektrometer

5.7 Aufnahme und Kalibrierung des γ Spektrums

5.8 Aufnahme des komplexen γ Spektrums und seinen Zerfallsprodukten

6 Auswertung

6.1 Messung der α , β und γ Strahlung ohne und mit verschiedenen dicken Abschirmungen

6.2 Aufnahme der Zählrohrcharakteristik

6.3 Aufnahme der Zählstatistik

6.4 Bestätigung des Abstandsgesetzes

6.5 Bestimmung der Endpunktsenergie über Absorbtion

6.6 Aufnahme des Energiespektrums von β Strahlung mit Magnetspektrometer

6.7 Aufnahme und Kalibrierung des γ Spektrums

6.8 Aufnahme des komplexen γ Spektrums und seinen Zerfallsprodukten

SS22
11.11.2022

STARK Matthias - 12004907
PHILIPP Maximilian - 11839611

FLAB 1
Zählrohr

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis