

Аппарат фототерапии новорожденных Курс-ФН-01



Аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01 предназначен для проведения сеанса фототерапии у новорожденного световым потоком синего цвета. Проведение сеансов фототерапии аппаратом КУРС-ФН-01 позволяет сократить сроки лечения новорожденных с желтухой, уменьшить объем инфузионной терапии и снизить процент заболеваний и осложнений, связанных с гипербилирубинемией.



Выключения
питания «СЕТЬ»

Индикатор таймера

1. Перед проведением процедуры фототерапии необходимо закрыть плотной повязкой (специальными очками) глаза.
2. Нажать и удерживать кнопку «СТАРТ/СТОП». Начало сеанса фототерапии должно сопровождаться:
 - кратковременным звуковым сигналом;
 - включением светодиодной матрицы;
3. Для временной остановки проведения сеанса необходимо однократно нажать кнопку «ПАУЗА» Для возобновления кнопку «СТАРТ/СТОП»
4. Завершение сеанса фототерапии должно сопровождаться:
 - гашением светодиодной матрицы;
 - Включением прерывистого звукового сигнала;
 - Миганием индикатора «ВРЕМЯ СЕАНСА» с показанием «00:00»

ОБРАБОТКА: Дезинфекция. Изделия проводить двухкратным протиранием наружных поверхностей облучателя и стойки салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе. Через 1 час протереть поверхности салфеткой, смоченной чистой водой, а затем насухо протереть салфеткой.