

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Облучателя рециркулятора медицинского бактерицидного
ОБРПе-2х15 «Азов», ТУ 9444-015-03965956-2008



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вставить вилку кабеля питания в розетку с напряжением 220В.
2. Включить вилку сетевого шнура в розетку. Перевести клавишу сетевого переключателя «Сеть» в положение «I», индикатор должен светиться
4. По окончании работы отключить переключатель «СЕТЬ», отсоединить вилку кабеля питания от розетки 220В.
5. Необходимо учитывать время наработки бактерицидных ламп. Фиксации времени наработки и своевременная замена бактерицидных ламп может производиться по показаниям в журнале регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Облучателя рециркулятора медицинского бактерицидного
ОБРПе-2х15 «Азов», ТУ 9444-015-03965956-2008

- В присутствии людей применение рециркулятора рассчитано на его непрерывную работу в течение 8 и более часов. В присутствии не более трех человек в помещениях объемом до 30 куб. м обеспечивается снижение уровня микробной обсемененности воздуха, в помещениях объемом от 31 до 50 куб. м наблюдается сохранение микробной обсемененности воздуха на первоначальном уровне.
- Замена лампы должна проводиться через 9000 часов ее горения.
- По истечении 7 суток эксплуатации рециркулятор должен быть подвергнут обработке
- Произвести дезинфекцию рециркулятора в соответствии с МУ-287-113. Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию наружных поверхностей рециркулятора. Наружные поверхности рециркулятора обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке, лампу и внутреннюю часть кожуха протирают тампоном, смоченным средствами на основе спиртов. Тампон должен быть отжат.