

«ЛАМИНАР-С.»-1,2



НАЧАЛО РАБОТЫ

- Подключите к розетке световой индикатор горит **красным** цветом.
- Нажмите на кнопку вентилятор.
- После того когда заработает вентилятор нажмите на кнопку УФО.
- Настройте требуемый интервал времени обработки кнопками верх/вниз.
- Как включится УФО световой индикатор горит **зеленым** цветом.
- До и после работы включить УФО
- Прежде чем открыт шкаф отключите УФО кнопкой УФО.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

1. Санитарная обработка включает в себя влажную уборку наружных поверхностей бокса протирающими материалами, увлажнёнными моющими и дезинфицирующими средствами, а также УФ-облучение рабочей камеры.
2. Перед влажной уборкой поверхностей бокса необходимо отключить электрическое питание.
3. Обработка поверхности растворами моющих и дезинфицирующих средств.
4. В качестве рекомендуемого средства при обработке может применяться 3%-ый раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства либо 70%-ый этиловый спирт.
5. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проводите вторичную обработку стерильной водой.
6. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** прямой контакт моющих и дезинфицирующих средств с поверхностью установленного в бокс НЕРА-фильтра.
7. При санитарной обработки бокса **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ** голыми руками к стеклу бактерицидных ламп.
8. Во время санитарной обработки в качестве протирающего и абсорбирующего материала используйте только **БЕЗВОРСОВЫЕ** салфетки.
9. После обработки все поверхности бокса **ОБЯЗАТЕЛЬНО** вытирать насухо.