Холодильник фармацевтический ПОЗИС ХФ-250-2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Рабочий диапазон:

+2...+15 °C

- Температура контролируется микропроцессором и отображается на цифровом дисплее.
- Равномерность температуры обеспечивается системой принудительной циркуляции воздуха.
- Выбирайте и контролируйте температуру согласно локальному протоколу хранения препаратов.



ПЕРЕД РАБОТОЙ

1. Установите холодильник в помещении с температурой от +10 до +35 °C и относительной влажностью не более 80% при +25 °C.
2. Подключите холодильник к сети 230 В, 50 Гц. При нестабильном напряжении используйте стабилизатор.
3. Проверьте отсутствие механических повреждений, наличие индикации на дисплее и отсутствие аварийного сигнала.
4. Размещайте препараты так, чтобы не перекрывать циркуляцию воздуха внутри камеры.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Открывайте дверь только при необходимости и закрывайте сразу после загрузки или выгрузки.
- При открывании двери вентилятор автоматически отключается.
- При отклонении температуры, неисправности термодатчика или длительно. открытой двери срабатывает сигнализация.
- При тревоге немедленно сообщите ответственному лицу и действуйте по локальному протоколу учреждения.

ОБРАБОТКА И УХОД

1. Перед внутренней очисткой отключите холодильник от сети и переместите препараты в контролируемое место хранения.
2. Используйте только разрешённые учреждением средства, совместимые с поверхностями холодильника.
3. Не допускайте попадания жидкости на панель управления, вентиляционные отверстия и электрические части. Не используйте абразивы.
4. После обработки протрите поверхности насухо и убедитесь, что рабочая температура восстановлена, прежде чем возвращать препараты.

ВАЖНО

- Холодильник предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов.
- Не изменяйте настройки без необходимости и разрешения ответственного лица.
- Памятка не заменяет руководство по эксплуатации и локальные инструкции учреждения.

По данным руководства по эксплуатации ХФ-250-2/ХФ-250-3 «ПОЗИС».