ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК
ПОЗИС ХФ-400-3



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Рабочий диапазон:
+2...+15 °C

- Выбирайте температуру по требованиям к препаратам и локальному протоколу.
- Контролируйте и записывайте температуру по графику учреждения.

ПЕРЕД РАБОТОЙ

1. Проверьте дисплей и показания температуры.
2. Убедитесь, что нет аварийного сигнала.
3. Размещайте препараты в подписанных контейнерах, не перекрывая циркуляцию воздуха.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Открывайте дверь только при необходимости; закрывайте сразу.
- Не перегружайте полки.
- При отклонении температуры сообщите ответственному лицу и действуйте по протоколу учреждения.

ОБРАБОТКА И УХОД

1. Перед внутренней очисткой переместите препараты в подходящее контролируемое место хранения согласно процедуре учреждения.
2. Используйте разрешённое учреждением средство, совместимое с поверхностями; соблюдайте инструкцию средства.
3. Не допускайте попадания жидкости на дисплей, вентиляционные отверстия и электрические части. Не используйте абразивы.
4. После обработки высушите поверхности и убедитесь в допустимой температуре перед возвратом препаратов.

ВАЖНО

- Не отключайте холодильник и не меняйте настройки без необходимости и разрешения ответственного лица.
- При неисправности или тревоге немедленно сообщите ответственному лицу.

Памятка не заменяет руководство по эксплуатации и локальные инструкции учреждения.