

# Порядок работы облучателя-рециркулятора бактерицидный настенный ОРБпБ "СИБЭСТ-45К"



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1. Вставить вилку кабеля питания в розетку с напряжением 220В.
2. Выключить переключатель «СЕТЬ».
3. При этом загораются световые индикаторы, контролирующие поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы и счетчик времени.
4. По окончании работы отключить переключатель «СЕТЬ», отсоединить вилку кабеля питания от розетки 220В.

Необходимо учитывать время наработки бактерицидных ламп. Фиксации времени наработки и своевременная замена бактерицидных ламп может производиться по показаниям **цифровых счетчиков**.

## ОБСЛУЖИВАНИЯ

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОРБпБ "СИБЭСТ-45КС"

Внешняя отделка облучателя допускает дезинфекцию дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.

Периодичность обработки - в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Очистку бактерицидных ламп и внутренних поверхностей камеры облучения проводить на обесточенном облучателе 1 раз в 3 месяца.  
Для этого открыть дверцу с помощью ключа.

Протереть колбы и внутренние поверхности камеры облучения салфеткой, увлажненной 70% этиловым спиртом;