Медицинские весы МИДЛ

Краткая инструкция по взвешиванию и определению ИМТ

Для серии МП «Здоровье». Сверьте модификацию с паспортом прибора.



1 Подготовка



Установите весы на ровную устойчивую поверхность. Отрегулируйте опоры по уровню.



Убедитесь, что платформа свободна от посторонних предметов.



Включите кнопкой **«Вкл»** и дождитесь окончания самотестирования.



По руководству серии перед измерениями предусмотрен **прогрев 10 минут**.




На дисплее должен быть **ноль**.

2 Взвешивание



1. Встаньте в центр платформы.
2. Дождитесь появления индикатора **«Стаб»**.



3. Считайте массу в килограммах.



4. Сойдите с платформы и дождитесь возврата нулевых показаний.



3 Расчёт ИМТ



1. Во время взвешивания введите рост цифровыми кнопками **В МИЛЛИМЕТРАХ**.
2. Прибор автоматически покажет индекс массы тела (ИМТ).
3. Кнопка сброса очищает введённый рост.

4 Основные кнопки

Вкл	Выкл	>0<	Т	0 – 9	Сбр
Включение питания	Выключение питания	Установка нуля	Учёт массы тары	Ввод роста (мм)	Сброс ввода роста

Обозначение кнопки сброса на фото — **«Сбр»**, в руководстве может указываться **«С»**. Точное соответствие проверьте по паспорту прибора.

5 Уход и безопасность



Следите за чистотой платформы.



Корпус очищайте сухой мягкой тканью; не допускайте попадания жидкости внутрь.



Не разбирайте устройство самостоятельно.



Обработку контактных поверхностей выполняйте только средствами и способом, разрешёнными для конкретной модели и локальными правилами медучреждения.

Не используйте весы при повреждении корпуса, кабеля или неустойчивой установке.