


Порядок работы УЗВ цифровым управлением

1. Разрешается использовать только моющие растворы на водной основе, предназначенные специально для работы в ультразвуковых ваннах.

2. Залить в ванну моющий раствор, рекомендуемый для применения в ультразвуковых ваннах, не менее 2/3 объема рабочей емкости.

3. Очищаемые детали положите УЗВ, используйте специальные корзины.



Порядок работы УЗВ цифровым управлением

- 1). Залить в ванну моющий раствором, не менее 2/3 объема рабочей емкости.
- 2). Включить ванну.
- 3). Установить время, после установки ультразвук включается автоматически, при этом светодиодный индикатор загорится синим цветом.
- 4). Нагрев можно выключить, нажав одновременно обе кнопки установки температуры, при этом на индикаторе «нагрев» поочередно с показаниями температуры раствора в ванне, будет включаться символ OF.
- 5). После отсчета таймером установленного времени ультразвук отключится, индикатор «узв.» погаснет, прозвучит сигнал зуммера.
- 6). Для повторного включения необходимо нажать на одну из кнопок установки времени.
- 7). Ультразвук можно выключить в любой момент, нажав на одну из кнопок установки времени.
- 8). По окончании работы выключить ванну выключателем питания, а затем от сети.



**Обработка производится
2-х протиранием с интервалом
15 мин дез. раствором**