

Портативный аппарат ИВЛ Oxylog 2000 plus

1. Отсоединить аппарат от зарядного устройства сильным нажатием

3. Проверить наличие кислорода в баллоне (должно быть выше 50)

4. Зажать кнопку включения (3 сек.)

2. Открыть вентиль баллона с кислородом (против часовой стрелки)

