Аппарат ИВЛ HAMILTON-C2

Инструкция по эксплуатации и уходу





Включение

1. Подключите аппарат к сети 220 В и включите основной выключатель сзади аппарата.
2. Для включения нажмите и удерживайте кнопку **«ПИТАНИЕ / РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ»** примерно **3 секунды**.
3. Аппарат выполняет самотестирование около 1 минуты.

Самотестирование и проверка

1. При выявлении ошибок загорается сигнальная лампа жёлтого цвета.
2. На дисплее выберите: **«СИСТЕМА → ТЕСТЫ И КАЛИБР»**.
3. Выполните проверки: герметичность, датчик потока и O2 ячейка.
4. При проверке герметичности отсоедините мешок на 2 секунды и снова присоедините.
5. Для проверки датчика потока отсоедините мешок и поверните датчик потока.
6. Дождитесь сообщения: **«Тестирование завершено»**.

Режим ожидания и выключение

1. Чтобы перевести аппарат в режим ожидания, нажмите и отпустите кнопку, затем выберите параметр **«Актив. ожидание»**.
2. Чтобы выключить аппарат, нажмите и отпустите кнопку, после открытия окна режима ожидания снова нажмите её и удерживайте более 3 секунд.
3. При технической неполадке удерживайте кнопку более 10 секунд.

Дезинфекция

1. Отключите аппарат от сети.
2. Снимите одноразовые расходные материалы и утилизируйте их в мешок класса Б.
3. Многоразовые контуры снимите и отправьте в ДСО.
4. Поверхность аппарата обработайте дезинфицирующей салфеткой.
5. Соберите аппарат заново и проведите проверку.
6. Заполните **«Журнал санации ИВЛ»**.

Важно

- Не использовать формальдегид и дезсредства на основе фенола.
- Не использовать слишком сильные дезинфектанты.
- После обслуживания заполните формуляр.

Перед обслуживанием обязательно отключайте аппарат от сети.