

Порядок работы:

1. Подключить ИБП к розетке.
2. Нажать и удерживать в течение 5-7 сек кнопку «Старт» на ИБП
3. Включить УЗИ аппарат, нажав в течение 1 секунды на кнопку в верхнем правом углу на панели управления.
4. Перед тем как приступить к исследованию, провести проверку работоспособности аппарата, убедиться, что все системы функционируют корректно, а изображение отображается четко.

УЗИ-аппарат — это диагностическое оборудование для неинвазивного исследования мягких тканей и внутренних органов. Работа аппарата основана на способности ультразвуковой волны проникать сквозь ткани человеческого тела и отражаться от них с разной скоростью.

Показания

Показанием для проведения УЗ-диагностики служит подозрение на следующие изменения в органах и тканях: воспалительный процесс; новообразования (опухоли, кисты); наличие камней и кальцинатов; смещение органа; травматические повреждения; нарушение функции органа.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

1. Внешнюю поверхность аппарата протирают сухой или слегка влажной тканью, не допуская попадания влаги в аппарат.
2. Наружную поверхность аппарата, датчики дезинфицируют дезинфицирующим р-ром.
3. Датчики после каждого исследования протереть датчик сухой салфеткой. Далее, его поверхность должна быть обработана салфеткой, пропитанной дезинфицирующим средством. Завершается манипуляция протиранием датчика насухо чистой салфеткой.