

Краткая инструкция КИСЛОРОДНЫЙ АППАРАТ БОБРОВА.

Подготовка к манипуляции:

- Проверить уровень воды в увлажнители- его следует заполнить, если её осталось менее половины (дистиллированной водой);
- Выбрать мощность режима работы аппарата;
- Присоединить кислородную трубку, по которой кислород подается к носовой канюли либо лицевой маски.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- при подключении к расходомеру дыхательной аппаратуры регулирующий вентиль расходометра должен быть закрыт!

Обработка аппарата Боброва:

- После завершения процедуры назальные канюлю или маску утилизировать в емкость для медицинских отходов класса «Б»;
- Снять перчатки и утилизировать в емкость для медицинских отходов класса «Б»;
- Комплект изделий отправляем ЦСО

