Монитор на штативе в рентгеновском кабинете (процедурная) для проведения рентгеноскопических исследований.





Штатив для монитора в рентген-аппарате — это устройство, которое обеспечивает надёжное крепление и точное позиционирование монитора (дисплея) относительно рентгеновского излучателя и пациента. Он позволяет оператору удобно и безопасно работать с оборудованием, а также обеспечивает стабильность изображения во время экспозиции.

Инструкция по эксплуатации:

1. Проверьте подключение. Убедитесь, что монитор надёжно подключён к системе визуализации. (рентгеновский аппарат, система цифровой рентгенографии). Проверьте кабели на повреждения, плотность контакта разъёмов.

2. Включите оборудование. Нажмите кнопку питания на корпусе монитора. Дождитесь полной загрузки системы — на экране не должно быть сообщений об ошибках, только служебная информация или чёрный экран в режиме ожидания.

3. Настройте параметры отображения. Обычно в современных системах параметры (яркость, контрастность, усиление сигнала) задаются автоматически или через меню при включении. Если изображение слишком тёмное или яркое, отрегулируйте настройки под условия освещения в помещении и тип исследования.

4. Инициируйте исследование. Чтобы на мониторе появилось изображение, нужно выполнить ряд действий в процедурном кабинете:

- уложить пациента на деку стола-штатива;
- выбрать на пульте управления нужный режим (например, «скопия» или «рентгенография»);
- включить высокое напряжение на генераторе.

5. Контролируйте процесс. Внимательно следите за картинкой в реальном времени. При необходимости можно использовать встроенные инструменты обработки (масштабирование, переключение между разными режимами отображения — например, с чёрно-белого на цветное).

6. Завершите исследование. По окончании процедуры или при необходимости сохраните изображение. В некоторых системах для этого есть отдельная кнопка или пункт в меню.

Важные предупреждения и рекомендации

Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать монитор — это может привести к нарушению работы системы и создать риск для здоровья. Обслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты.

Инструкция по обработке и дезинфекции

1. Подготовка.
   - Выключите монитор и полностью отсоедините его от сети.
   - Дождитесь, пока корпус и экран полностью остынут — это важно для безопасности и чтобы не повредить пластик и экран.
   - Не вскрывайте корпус — это риск поражения электрическим током.

2. Очистка от загрязнений.
   - Перед дезинфекцией удалите пыль, жир и другие видимые загрязнения. Для этого используйте мягкую безворсовую салфетку (например, из микрофибры) и нейтральное моющее средство.
3. Дезинфекция.

Здесь есть важный нюанс: способ зависит от типа экрана. Важные общие правила:

   - Наносите раствор только на салфетку, а не распыляйте прямо на экран — так меньше риск, что жидкость попадёт в разъёмы, вентиляционные отверстия или под корпус.
   - Не используйте водопроводную воду: она может оставить разводы или способствовать коррозии контактов.
   - После дезинфекции не включайте монитор, пока экран полностью не высохнет. Дайте остаткам средства испариться — на это может уйти около 30 минут.
4. Завершение.
   - Ещё раз проверьте, что все края, разъёмы и внутренние компоненты сухие.
   - Только после этого подключите монитор к сети и включите его.

Дополнительные рекомендации.

   - Всегда читайте и строго следуйте инструкции производителя вашего дезинфицирующего средства. Некоторые составы требуют, чтобы раствор оставался на поверхности несколько минут для гарантированного эффекта.
   - Если в инструкции есть особые указания (например, для конкретного типа покрытия экрана), обязательно их учитывайте.

К аппарату допускаются врачи рентгенологи и рентгенолаборанты, связанные с проведением рентгенологических исследований, которые проходят обучение по радиационной безопасности и по правилам работы с источниками ионизирующего излучения.