Инструкция по работе с электроэнцефалографом «Нейрон – Спектр-4».

Комплекс предназначен для съема, измерения и анализа электроэнцефалографических (ЭЭГ) и электромиографических (ЭМГ) сигналов, вызванных потенциалов (ВП) мозга и мышц на фото-, фоно-, электро- и видеостимуляцию

Комплекс не может быть использованы одновременно с высокочастотным (ВЧ) хирургическим оборудованием.
Комплекс не может быть использован одновременно с дефибриллятором.
Комплекс запрещается использовать для контроля жизненно важных функций организма. Он не предназначен для сигнализации о критических изменениях жизненных показателей человека.
Абсолютным противопоказанием к применению комплекса, а именно к проведению функциональной (нагрузочной) пробы с гипервентиляцией в ходе регистрации биоэлектрической активности головного мозга, является наличие у пациента болезни Мойамойа.

Включение и подготовка к работе.

Включить компьютер, подключить кабели отведений на вход используемого медицинского оборудования, руководствуясь документацией по его эксплуатации.
Установить референтный и заземляющий электрод (обязательно)

Электроды, средства их крепления и подключения электробезопасны при эксплуатации совместно с медицинским оборудованием, обеспечивающим прохождение через них и биообъект тока величиной не более 10 мкА.

Противопоказания к применению отсутствуют. С осторожностью следует использовать при указании в анамнезе на аллергические реакции на **серебросодержащие соединения**. В редких случаях возможны раздражение кожных покровов и аллергические реакции на серебросодержащие соединения.

Работу с электродами должен выполнять специально подготовленный для этих целей персонал.

- Выполнить исследование в необходимой последовательности согласно протоколу исследования.

Остановить запись в программном обеспечении – убедиться, что запись данных прекращена, сохранить файл с указанием даты, времени и идентификатора пациента.

- Если регистрация ЭЭГ проводилась с использованием электродной шапочки - снять электродную шапочку с головы пациента. При регистрации ЭЭГ с помощью отдельных электродов (мостиковых, чашечковых) - аккуратно отсоединить электроды, начиная с затылочных и теменных областей, затем височных и лобных.

- Обработать кожу пациента (при необходимости) – удалить остатки электродного геля салфеткой.

- Проверить целостность электродов и проводов, убедиться в отсутствии повреждений оборудования.

Категорически запрещается:

· после окончания работы оставлять электрод с кабелем отведения в физрастворе; это может привести к выходу из строя отводящего кабеля

(провода), разъемов и паяных соединений вследствие коррозии;
· применять для очистки электрода острые предметы (скальпели, иглы, пинцеты и т. д.) или абразивные пасты;
· подвергать электрод ударам и механическим повреждениям.

Выключить компьютер. Провести дезинфекцию шапочки и электродов.