

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ

ОБН-450



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБРАБОТКА

- Все работы по монтажу , обслуживанию, замене ламп, устранении неисправностей проводить только при отключенном напряжении и выполняются квалифицированными специалистами.
- Обработка отражающей поверхности облучателя и колбы бактерицидной лампы должна производиться с использованием дезинфицирующих растворов спирта или перекиси водорода, согласно МУ-287-113, с последующим просушиванием сухой ветошью.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Вставить вилку кабеля питания в розетку с напряжением 220В.
- Проводить кварцевание 4 раза в день каждые 6 часов,
- время обработки помещения облучателями 10 минут.
- Внести запись в журнал регистрации и контроля работы облучателя.

ВНИМАНИЕ!!!

Эксплуатация облучателя допускается только в отсутствии людей.