

## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИСЛОРОДНОГО АППАРАТА БОБРОВА.

### Подготовка к манипуляции:

- Проверить уровень воды в увлажнители- его следует заполнить ,если её осталось менее половины (дистиллированной водой);
- Выбрать мощность режима работы аппарата ;
- Присоединить кислородную трубку , по которой кислород подается к носовой канюли либо лицевой маски.



### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- при подключении к расходомеру дыхательной аппаратуры регулирующий вентиль расходометра должен быть закрыт!

### обработка аппарата Боброва :

- После завершения процедуры назальные канюлю или маску утилизировать в емкость для медицинских отходов класса «Б»;
- Снять перчатки и утилизировать в емкость для медицинских отходов класса «Б»;
- Комплект изделий отправляем ЦСО.

## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИСЛОРОДНОГО АППАРАТА БОБРОВА.

### Подготовка к манипуляции:

- Проверить уровень воды в увлажнители- его следует заполнить ,если её осталось менее половины (дистиллированной водой);
- Выбрать мощность режима работы аппарата ;
- Присоединить кислородную трубку , по которой кислород подается к носовой канюли либо лицевой маски.



### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- при подключении к расходомеру дыхательной аппаратуры регулирующий вентиль расходометра должен быть закрыт!

### обработка аппарата Боброва :

- После завершения процедуры назальные канюлю или маску утилизировать в емкость для медицинских отходов класса «Б»;
- Снять перчатки и утилизировать в емкость для медицинских отходов класса «Б»;
- Комплект изделий отправляем ЦСО.