

**КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**  
Облучателя-рециркулятора бактерицидный настенный  
ОРБпБ "СИБЭСТ-45КС"



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.**

1. Вставить вилку кабеля питания в розетку с напряжением 220В.
2. Выключить переключатель «СЕТЬ».
3. При этом загорятся световые индикаторы, контролирующие поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы и счетчик времени.
4. По окончании работы отключить переключатель «СЕТЬ», отсоединить вилку кабеля питания от розетки 220В.

Необходимо учитывать время наработки бактерицидных ламп. Фиксации времени наработки и своевременная замена бактерицидных ламп может производиться по показаниям цифровых счетчиков.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный  
ОРБпБ "СИБЭСТ-45КС"

Внешняя отделка облучателя допускает дезинфекцию дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей. Периодичность обработки - в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Очистку бактерицидных ламп и внутренних поверхностей камеры облучения проводить на обесточенном облучателе 1 раз в 3 месяца.

- Для этого открыть дверцу с помощью ключа.
- Протереть колбы и внутренние поверхности камеры облучения салфеткой, увлажненной 70% этиловым спиртом;