

**КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ -
РЕЦИРКУЛЯТОРА «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1. Вставить вилку кабеля питания в розетку с напряжением 220В.
2. Выключить переключатель «СЕТЬ».
3. При этом загораются световые индикаторы, контролирующие поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы и счетчик времени.
4. По окончании работы отключить переключатель «СЕТЬ», отсоединить вилку кабеля питания от розетки 220В.

Необходимо учитывать время наработки бактерицидных ламп. Фиксации времени наработки и своевременная замена бактерицидных ламп может производиться по показаниям цифровых счетчиков.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЦИРКУЛЯТОРА
«ДЕЗАР-КРОНТ»-801п**

Дезинфекция наружных поверхностей рециркулятора «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п с МУ-287-113-2000 (Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения) протираем тампоном, смоченным дез.раствором.

Протирать лицевую панель аппарата следует мягким тампоном, смоченным этиловым спиртом и слегка отжатым.