

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Облучателя-рециркулятора бактерицидный настенный
ОРБпБ-01 "СИБЭСТ"



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1. Вставить вилку кабеля питания в розетку с напряжением 220В.
2. Выключить переключатель «СЕТЬ».
3. При этом загораются световые индикаторы, контролирующие поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы и счетчик времени.
4. По окончании работы отключить переключатель «СЕТЬ», отсоединить вилку кабеля питания от розетки 220В.

Необходимо учитывать время наработки бактерицидных ламп. Фиксации времени наработки и своевременная замена бактерицидных ламп может производиться по показаниям цифровых счетчиков.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОРБпБ-01 "СИБЭСТ"

Внешняя отделка облучателя допускает дезинфекцию дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей. Периодичность обработки - в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Очистку бактерицидных ламп и внутренних поверхностей камеры облучения проводить на обесточенном облучателе 1 раз в 3 месяца.

- Для этого открыть дверцу с помощью ключа.
- Протереть колбы и внутренние поверхности камеры облучения салфеткой, увлажненной 70% этиловым спиртом;