

Краткая инструкция светильника хирургического потолочного ЭМАЛЕД 300



1. Для включения и выключения блоков освещения нажмите кнопку «ON/JFF»;
2. Отрегулируйте освещенность блоков с помощью кнопок «+» и «-» (увеличение и уменьшение значения освещенности), находящихся справа.
3. Отрегулируйте диаметр светового поля с помощью кнопок «+» и «-», находящихся слева;
4. При длительном нажатии на кнопки «+» и «-» происходит ступенчатое изменение нужной световой характеристики в сторону увеличения или уменьшения;
5. Блок освещения за ручку переместить в нужное положение, чтобы создать требуемое освещение необходимого поля.

Обработка

Санитарную обработку светильника производить салфеткой смоченной дез.средством .