

Экстрактор вакуумный (аспиратор) DIXIONY X930D-1A



Начало работы

- Контейнер- сборник поместить в гнездо и установить крышку контейнера с запорным клапаном;
- Шланг с фильтром одеть на отсасывающий штуцер, а вторым концом на штуцер с маркировкой ВАКУУМ;
- Дренажный шланг надеть на штуцер на крышке контейнера с запорным клапаном;
- Подключить устройство к сети;
- Прерывая проход воздуха при помощи временного блокирования пальцем штуцера крышки, установить желаемое значение вакуума.

Очистка и дезинфекция

- Отключить от сети;
- Контейнер опорожнить.
- Контейнер, крышку продезинфицировать в дез.растворе.
- Корпус протереть салфеткой с дез.раствором.