



Аппарат искусственной вентиляции легких «ПОТОК»

Начало работы

- Включить аппарат в работу клавишей **«ВКЛ/ВЫКЛ»** ;
- Вращая ручку «ПОТОК F» выставить по ротаметру желаемый поток газовой смеси;
- Заглушить выходной патрубок «ВДОХ» любой подходящей заглушкой;
- Ручкой **«ОГРАНИЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ lim max»** клапана **APL** установить желаемое давление в контуре пациента;
- Содержание кислорода в дыхательной смеси от 21 до 80 % выставляется ручкой **«КОНЦЕТРАЦИЯ O₂»**.

Окончание работы

- Отключить подачу сжатого кислорода;
- Выключить аппарат клавишей **ВКЛ/ВЫКЛ**.

Для дезинфекции пользоваться безворсовой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем средстве или готовой дезинфицирующей салфеткой и осторожно протереть.