

Краткая инструкция использования к пульсоксиметру NIHON KOHDEN OLV 2700K



Инструкция по применению (Начало работы)

1. **Подготовка:** Подключите сетевой шнур или убедитесь в заряде батареи. Подсоедините кабель пульсоксиметрии к разъему на приборе, а датчик — к кабелю.
2. **Включение:** Нажмите кнопку питания. Программное обеспечение запускается автоматически.
3. **Установка датчика:** Наложите многоразовый датчик (например, на палец). Убедитесь, что нет сильного внешнего света и лак для ногтей на пальце не искажает сигнал.
4. **Мониторинг:** На крупном дисплее появятся цифры SpO₂ (в процентах) и частоты пульса, а также графический индикатор пульсовой волны.
5. **Настройка тревог:** Задайте пороговые значения минимального и максимального уровня тревоги по SpO₂ и пульсу.

Пульсоксиметр NIHON KOHDEN OLV 2700K обслуживание:

1. **Контроль питания:** Периодически проверяйте состояние аккумуляторной батареи. При длительном хранении извлекайте или подзаряжайте аккумулятор во избежание глубокого разряда.
2. **Условия хранения и работы:** Эксплуатируйте прибор при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, влажности 30–80% и давлении 84–106,7 кПа.
3. **Технический осмотр:** Регулярно проверяйте кабели и разъемы на отсутствие трещин, изломов и оголенных проводов.
4. **Поверка:** Как средство измерения медицинского назначения, прибор требует периодической метрологической поверки в соответствии с местным законодательством.

Обработка и дезинфекция:

Очистка корпуса: Перед обработкой выключите пульсоксиметр и отсоедините от сети. Протрите корпус мягкой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем средстве (без спирта высокой концентрации или абразивов).

Обработка датчиков: Многоразовые датчики обрабатывайте в строгом соответствии с инструкцией производителя датчика (обычно протиранием 70% раствором изопропилового спирта или специальными дезинфицирующими салфетками для медицинских поверхностей).

Меры предосторожности: Не допускайте попадания жидкости внутрь разъемов и корпуса прибора. Не погружайте сам прибор и разъемы кабелей в дезинфицирующие растворы (не автоклавируйте, если это не разрешено спецификацией конкретного типа датчика).