



可程式恒温恒湿试验箱验收报告

卖方

卖方：上海沪升实验仪器厂
地址：上海市奉贤区青村镇钱桥元通村 947 号
电话：021-57475326 传真：021-57475325

设备

设备名称：可程式恒温恒湿试验箱 H/HWHS-010L

交接验收内容

货物清点

| 附件 | 单位 | 数量 |
|-----------|----|----|
| 整机 | 台 | 1 |
| 吸水纱布 | 盒 | 1 |
| 电柜锁钥匙（三角） | 个 | 2 |

设备现有状况

设备运转正常，已解决加湿器缺水问题。

设备整机及其辅助设备的保修期从 2016 年 11 月 26 日起至 2017 年 11 月 25 日结束。

为此，双方同意签署本验收报告一式 2 份，双方各执 1 份。本报告书自签字日起有效。

需方：

大家材料科技（上海）有限公司

耿昊

日期：2016.12.28

卖方：

上海沪升实验仪器厂

姚安清

日期：2016.12.28