

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: LL-AM0772-2020

Expediente : 5906 - 2020
Página : 1 de 2
Fecha de emisión : 2020 - 09 - 14

1. SOLICITANTE : INGENIERIA Y CONTRUCCIONES INTEGRALES AMPER S.A.C.
DIRECCIÓN : Av. Javier Prado N° 7234, Ate.

2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN : MEDIDOR DE ESPESOR DE ULTRASONIDO
MARCA : BENETECH
MODELO : GM100
N° DE SERIE : DM5EG1706428
IDENTIFICACIÓN : GA 2240098
ALCANCE DE ESCALA : 1,2 mm a 225,0 mm
DIVISIÓN DE ESCALA : 0,01 mm
TIPO : DIGITAL
SENSOR : TRANSDUCTOR DA 501 EN DE 5 MHZ
PROCEDENCIA : CHINA
UBICACIÓN : NO INDICA

3. FECHA Y LUGAR DE MEDICIÓN.

La calibración se realizó el día 14 de Setiembre del 2020 en los laboratorios de ADVANCED METROLOGY S.A.C.

4. MÉTODO.

La calibración se realizó por comparación directa con equipos trazables INACAL-DM. Tomando como referencia la norma ASTM-E797 / E797M "Standard Practice for Measuring Thickness by Manual Ultrasonic Pulse-Echo Contact Method:1995".

5. PATRÓN DE MEDICIÓN.

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO/SERIE	N° DE CERTIFICADO	TRAZABLE
BLOQUES PATRON DE LONGITUD	FOWLER	53-671-053-0	LLA-025-2020	INACAL-DM

6. CONDICIONES AMBIENTALES.

La calibración se realizó bajo las siguientes condiciones ambientales:

Temperatura : Inicial : 20,1 °C ; Final : 20,2 °C
Humedad Relativa : Inicial : 64,1 %hr ; Final : 64,2 %hr


7. OBSERVACIONES.

Los resultados de las mediciones efectuadas se muestran en la página 02 del presente documento.

Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura $k=2$ que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.

Con fines de identificación se colocó una etiqueta autoadhesiva de color verde con la indicación "CALIBRADO".

La periodicidad de la calibración depende del uso, mantenimiento y conservación del instrumento de medición.


Christian Astuvilca Valentin
Gerente de Metrología

GERENTE DE
VoBo
Advanced
Metrology S.A.C.
METROLOGIA


PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE ADVANCED METROLOGY SAC

Jr. Nte. Aristides del Carpio N° 1626 Urb. Los Cipreces - Cercado de Lima, Lima - Perú Sucursal: Jr. Recuay 504 - Breña
Telf.: (511) 564-5492 / 5640612 / 5645937 / 6840902 / Cel.: 990381037 / 958800968 / 994194670 / 981167242
E-mail: ventas@ametrology.pe / www.ametrology.com

RESULTADO DEL MEDIDOR DE ESPESORES SENSOR 5 MHZ / 500495

Valor Nominal (mm)	Indicación del Equipo (mm)	Error (mm)	Incertidumbre de Medición (mm)
5,00	4,98	-0,02	0,02
10,00	9,99	-0,01	0,02
20,00	20,02	0,02	0,02
50,00	50,05	0,05	0,02
80,00	80,04	0,04	0,02
100,00	100,08	0,08	0,02

FIN DEL DOCUMENTO



PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE ADVANCED METROLOGY SAC

Jr. Tnte. Aristides del Carpio N° 1626 Urb. Los Cipreces - Cercado de Lima, Lima - Perú Sucursal: Jr. Recuay 504 - Breña

Telf.: (511) 564-5492 / 5640612 / 5645937 / 6840902 / Cel.: 990381037 / 958800968 / 994194670 / 981167242

E-mail: ventas@ametrology.pe / www.ametrology.com