

信息产业部 司 局

信无函〔2007〕90号

关于增加 400MHz 频段微功率（短距离） 无线电应用工作频率的通知

各省、自治区、直辖市无线电管理办公室（局）：

为促进微功率（短距离）无线电技术的发展，满足社会需求，根据我国频率划分和使用情况，经研究，为生物医学遥测微功率（短距离）无线电应用增加 402—405 MHz 工作频率。具体事宜通知如下：

一、402—405 MHz 频段生物医学遥测设备的射频要求：

1. 发射功率限值：25 μ W (e. r. p)；
2. 信道占用带宽（99%能量）：300kHz；
3. 载波频率容限：100 \times 10 $^{-6}$ ；
4. 设备须使用“发射前搜寻”协议。

二、该频段生物医学遥测设备的其它射频指标应满足“关于发布《微功率（短距离）无线电设备的技术要求》的通知（信部无〔2005〕423号）”中第二部分“通用要求”的相关规定。

三、该设备使用时，不得对其它合法无线电业务产生干扰，

也不得提出无线电干扰保护要求。



主题词：无线电 频率 新技术 通知

抄送：国家无线电监测中心。