

91. () 下列何者未列為應實施醫療曝露品質保證作業之設備或物質？
- A) 電腦斷層治療機、電腦斷層模擬定位掃描儀
 - B) 醫用直線加速器、遙控後荷式近接治療機
 - C) 加馬刀、電腦刀
 - D) 血液照射器、移動型 X 光機
92. () 輻射工作人員職業曝露之劑量限度規定為：
- A) 每連續五年週期之有效劑量不得超過一百毫西弗，且任何單一年內之有效劑量不得超過五十毫西弗。
 - B) 眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過五百毫西弗。
 - C) 皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過一百五十毫西弗。
 - D) 所稱之週期，應自游離輻射安全標準生效之日起算，任何五年為一週期。
93. () 設施經營者多久應對許可類之放射性物質、可發生游離輻射設備或其設施至少偵測一次，並將偵測證明提報主管機關備查？
- A) 1 年
 - B) 2 年
 - C) 3 年
 - D) 5 年
94. () 設施經營者對進入管制區之輻射工作人員，應實施的作為下列何者錯誤？
- A) 審查其輻射防護安全訓練紀錄、輻射劑量紀錄
 - B) 審查體格檢查、健康檢查紀錄
 - C) 審查操作人員資格
 - D) 提供其適當之人員劑量計、輻射防護裝具及資訊，並使其正確使用
95. () 從事或參與輻射作業之人員，以年滿 X 歲者為限。但基於教學或工作訓練需要，於符合特別限制情形下，得使 Y 歲以上未滿 X 歲者參與輻射作業。
- A) X=18；Y=16
 - B) X=20；Y=18
 - C) X=20；Y=16
 - D) X=18；Y=14
96. () 游離輻射防護法第十四條規定，雇主對懷孕之女性輻射工作人員，應採取之作為，下列何者錯誤？
- A) 雇主於接獲女性輻射工作人員告知懷孕後，應即檢討其工作條件，使其胚胎或胎兒接受與一般人相同之輻射防護。
 - B) 女性輻射工作人員，其賸餘妊娠期間下腹部表面之等價劑量，不得超過二毫西弗，且攝入體內放射性核種造成之約定有效劑量不得超過一毫西弗。
 - C) 其有超過之虞者，雇主應改善其工作條件或對其工作為適當之調整。
 - D) 特別醫務監護。
97. () 依游離輻射防護法規定，雇主應對在職輻射工作人員定期實施之作為，下列何者錯誤？
- A) 教育訓練
 - B) 個別劑量監測
 - C) 健康檢查
 - D) 醫務監護

98. () 輻射工作場所之劃定與管制，除應考量工作人員個人之劑量外，亦應合理抑低集體劑量。對輻射工作場所內規劃之各項偵測及監測，設施經營者應訂定那些基準？
- A) 紀錄基準、調查基準、干預基準
 - B) 調查基準、干預基準、行動基準
 - C) 紀錄基準、干預基準、行動基準
 - D) 紀錄基準、調查基準、行動基準
99. () 輻射工作人員因一次意外曝露或緊急曝露所接受之劑量超過X毫西弗以上時，雇主應即予以包括特別健康檢查、劑量評估、放射性污染清除、必要治療及其他適當措施之特別醫務監護。
- A) X=200
 - B) X=150
 - C) X=100
 - D) X=50
100. () 使用下列可發生游離輻射設備或放射性物質，申請人應向主管機關申請登記備查？
- A) 醫用直線加速器
 - B) 加馬刀
 - C) 電腦斷層模擬攝影機
 - D) 血液照射器