



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY ĐO KHÍ RIKEN VIỆT

Website: www.rikenviet.vn / Email: info@rikenviet.vn

Trụ sở chính

79 - 79/1 Lý Chính Thắng,
P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 3526 2986/ 87
Fax: +84 28 3526 2980

Chi nhánh miền Bắc

Tầng 2, số 20 Khu BH 04,
Khu đô thị Vinhomes Imperia
Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Tel: +84 225 883 2579/ +84 912 61 19 41

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHỈNH (ADJUSTMENT REPORT)

Giấy CNHC số / Report.No : 496C-26_DE HEUS

Tên thiết bị/ Object : MÁY ĐO NỒNG ĐỘ KHÍ/ GAS DETECTOR

Kiểu/ Model : GX-3R

Số máy/ Serial Number : 468132924RN

Nơi chế tạo/ Manufacturer : RIKEN KEIKI - NHẬT BẢN/ RIKEN KEIKI - JAPAN

Ngày sản xuất/ Mfg. Date : 06/2025

Đặc trưng kỹ thuật/ Specifications : đo 4 khí CH₄, O₂, CO, H₂S/ 4 gases CH₄, O₂, CO, H₂S measurement

- Phạm vi đo/ Range :

CH₄: 0-100 %LEL
O₂: 0-40.0 %vol
CO: 0-2000 ppm
H₂S: 0-200.0 ppm

- Giá trị chia độ/ Increment value :

CH₄: 1 %LEL
O₂: 0.1 %vol
CO: 1 ppm
H₂S: 0.1 ppm

- Lưu lượng/ Flow rate :

- Phương pháp hiệu chỉnh/ Methods of adjustment : Theo hướng dẫn của Hãng sản xuất/ Follow manual of the manufacture.

Đơn vị sử dụng/ Customer : CÔNG TY TNHH DE HEUS/ DE HEUS LLC

Khí chuẩn sử dụng/ Using standard gases :

Mã số/ID (Lot)		Độ chính xác Accuracy	Hiệu lực Due date
304-403531322-1	25 ppm H ₂ S, 50 ppm CO, 50 %LEL CH ₄ , 12 %vol O ₂ / N ₂	±5%	01/2028

Điều kiện hiệu chỉnh/ Environment condition : T_{min} = 25.9 °C; T_{max} = 26.1 °C; RH = 59.5 %

Ngày hiệu chỉnh đề nghị/ Re-adjustment due: 07/2027

TP. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2026
(Date of report)

Phụ trách kỹ thuật
(Head of the technical department)

Nguyễn Đình Trường Giang

KẾT QUẢ HIỆU CHỈNH (ADJUSTMENT RESULTS)

Tên thiết bị/ Object: MÁY ĐO NỒNG ĐỘ KHÍ/ GAS DETECTOR

Kiểu/ Model: GX-3R

Số máy/ Serial Number: 468132924RN

Nơi chế tạo/ Manufacturer: RIKEN KEIKI - NHẬT BẢN/ RIKEN KEIKI - JAPAN

KẾT QUẢ/Results

- Kiểm tra bên ngoài/ Check outside : Đạt/ Pass
- Kiểm tra kỹ thuật/ Technical inspection : Đạt/ Pass
- Kiểm tra đo lường: Trước khi hiệu chỉnh thời gian lưu mẫu trong môi trường hiệu chỉnh là 02 giờ
Test measurement: Please put equipment in adjustment environment in 2 hours before adjusting

Kiểm tra đo lường với lưu lượng khí vào máy/ Measuring test with flow rate into device : 0.25 lít/phút/ 0.25 LPM

Khí đo Measuring gas		CH4	O2	CO	H2S
		%LEL	%vol	ppm	
Cảm biến Sensors	Model	NCR-6309	ESR-X13P	ESR-A1DP	
	Serial	438065304	4480701325	6300101456	
Thang đo Measuring range		0-100	0-40.0	0-2000	0-200.0
Nồng độ khí chuẩn Concentration of standard gas		50	12	50	25
Giá trị hiển thị Display value		56	11.8	52	22.3
Giá trị điều chỉnh Adjustment value		50	12.0	50	25.0
Giá trị cảnh báo Alarm value		10	19.5	25	5.0
Phụ tùng đã được thay thế (Replacement parts)					

Người thực hiện
(Adjusted by)


Nguyễn Quốc Cường