כללית
הנדסה רפואית בע"מ

18/09/2025

לכבוד
גב' נעמי
אופטיקל סנטר
ירושלים

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 18/09/2025 את מכון השמיעה שלכם שבכיכר ציון בירושלים ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 1.90 X 2.40 מ' ברוחב דלת של 80 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 35 db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM - E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21	17
500	16	13.1
1000	13	11.2
2000	14	10.8
4000	11	10.3
8000	14	10.7

תוקף הבדיקה **18/09/2027**

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . תוקף הכיול שלו הינו **18/09/2026**. לפי תקן ANSI S3.6 2004

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי

רח' יוני נתניהו 1 ג' מבנה מס' 4 , אור יהודה
מען למכתבים : ת.ד. 730, אור יהודה
טל. : 03-5389520
פקס : 03-5387338
מייל : YeucEm@clalit.org.il
מוקד שרות ארצי 5515*
www.cbm.org.il