15/01/2026

לכבוד
גב' נעמי
אופטיקל סנטר
ירושלים

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 15/01/2026 את מכון השמיעה שלכם שברחוב פייר קניג 24 בירושלים ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.60 X 2.05 מ' ברוחב דלת של 80 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 48db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	21
500	16	15.5
1000	13	11.5
2000	14	11.9
4000	11	10.1
8000	14	10.6

תוקף בדיקת התא 15/01/2028.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE , ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . תוקף הכיול שלו לפי תקן ANSI S3.6 2004 הינו 13/08/2026.

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואלי