19/06/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
גבעת שאול

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 19/06/2025 את מכון השמיעה שלכם שבגבעת שאול בירושלים ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.80 X 2.08 מ' ברוחב דלת של 80 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 42db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של 65 db.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	20
500	16	15.3
1000	13	12
2000	14	11
4000	11	11
8000	14	13.2

תוקף בדיקת התא **19/06/2027**.

2. אודיומטר מדגם UNITY 4 מתוצרת חב' SIEMENS בעל מספר סידורי 24004988 בעל יציאות לאוזניות , BONE, ו-F.F והכולל גם מערכות HIT ו-REM . תוקף הכיול שלו לפי תקן ANSI S3.6 2004 הינו **29/01/2026**.

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
נמרוד שמואל

רח' יוני נתניהו 1 ג' מבנה מס' 4 , אור יהודה
מען למכתבים : ת.ד. 730, אור יהודה
טל. : 03-5389594
פקס : 03-5389548
מייל :
SigalFinklstein@clalit.org.il
מוקד שרות ארצי 5515*
www.cbm.org.il