11/08/2025

לכבוד
אופטיקל סנטר
תל אביב שנקין 12

הנדון : חוות דעת

לבקשתך בדקתי בתאריך 11/08/2025 את מכון השמיעה שלכם שברחוב שנקין בתל אביב ולהלן ממצאי :

1. תא שמיעה בגודל פנימי של 2.88 X 2.74 מ' ברוחב דלת של 90 ס"מ ובעל הנחתת רעש של 40db בתדר של 1000Hz. לפי תקן ESTM – E336 .

להלן טבלת הרעש הנמדד בתוך התא לפי (ANSI S 3.1-1999) תוך הפעלת SP.NOISE מחוץ לתא ברמה של db 65.

תדר Hz	רעש מותר db	רעש נמדד db
250	21.5	18
500	16	11
1000	13	10.3
2000	14	9.7
4000	11	10.1
8000	14	11.2

תוקף בדיקת התא 28/02/2026.

2. אודיומטר מדגם UNITY 3 מתוצרת חב' SIEMENS בעל יציאות לאוזניות ,BONE , ו-F.F בעל מספר סידורי : 24003302 והכולל גם מערכות HIT ו-REM תוקף הכיול 11/08/2026

לאור זאת לדעתי המכון מצויד היטב לביצוע בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים וכמו כן יכול לבצע התאמות מכשירי שמיעה .

הציוד נבדק וכוייל בעזרת המכשור הבא :

א. מד רעש מדגם 2250 בעל מספר סידורי 2611621 תוצרת חברת BRUEL&KJAER
ב. ARTFICIAL EAR מדגם 4152 תוצרת חברת BRUEL&KJAER .
ג. ARTIFICIAL MASTOID דגם 4930 תוצרת חברת BRUEL&KJAER

בברכה
יבגני פיינשטיין
מנהל תחום שמיעה